

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
NR POSTĘPOWANIA: 11/2025

Giżycko 14 kwietnia 2025 r.

***Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę produktów farmaceutycznych, ochronnych, środków do dezynfekcji, medycznych środków materiałowych, sprzętu medycznego i jego wyposażenia dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, (post. 11/2025).*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku działając zgodnie z 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje modyfikacji treści SWZ w poniższym zakresie:

Zadanie 2 – dostawa medycznych środków materiałowych oraz urządzeń medycznych – poz. 73 Ciśnieniomierz

Jest:

1. Ciśnieniomierz mechaniczny, ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną.
2. Dokładność pomiaru aneroidu +/- 3mmHg.
3. Manometr dodatkowo chroniony gumowym pierścieniem ochronnym
4. Zakres pomiaru: 0-300 mmHg.
5. Płynnie regulowany zawór spustowy obrotowy.
6. Mankiet ciśnieniomierza wielorazowy, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep. Mankiet jednoczęściowy, zgrzewany, bez dodatkowego wewnętrznego balonu powietrznego. Rozmiar mankieta przeznaczony dla obwodu ramienia w zakresie min 26 34 cm. Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy.
7. Zgodność z normą PN-EN-ISO 81060-1:2012.
8. Zakres temperatury pracy: min. 10-40 st.C.
9. Waga max 200 g.10. Gwarancja kalibracji min 10 lat.11. Miękkie opakowanie.

Zamienia się na:

1. Ciśnieniomierz mechaniczny, ręczny, precyzyjny, lekki, trwały i prosty w obsłudze, przeznaczony do częstych pomiarów ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną.
2. Dokładność pomiaru aneroidu +/- 3mmHg.
3. **Manometr dodatkowo chroniony pierścieniem ochronnym z tworzywa sztucznego z możliwością jego demontażu i wymiany.**
4. Zakres pomiaru: 0-300 mmHg.
5. Płynnie regulowany zawór spustowy obrotowy.
6. Mankiet ciśnieniomierza wielorazowy, posiadający oznaczenia rozmiaru oraz obwodu ramienia, zapinany na rzep. Mankiet jednoczęściowy, zgrzewany, bez dodatkowego wewnętrznego balonu powietrznego. Rozmiar mankieta przeznaczony dla obwodu ramienia w zakresie min 26 34 cm. Na mankiecie wskazane właściwe miejsce położenia tętnicy.
7. Zgodność z normą PN-EN-ISO 81060-1:2012.
8. Zakres temperatury pracy: min. 10 – 40 st.C.
9. Waga max 200 g.10. Gwarancja kalibracji min 10 lat.11. Miękkie opakowanie.

Zmawiający zamieszcza zmodyfikowane zestawienie cenowe – załączniki 3.2. do SWZ.

W związku z udzieleniem wyjaśnień oraz modyfikacją treści SWZ termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. **do dnia 16.04.2025 r. godz. 08:00.** Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2025 r. godz. 08:05.

KOMENDANT

(-) płk Jakub TOKARZ