

DZP.271.61.2024-3

Bielsko-Biała, dnia 15.11.2024r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę serwisu technicznego tomografu komputerowego SOMATOM Go.Sim, będącego w posiadaniu Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej. Znak sprawy: DZP.271.61.2024**

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

**Pytanie:**

**Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy § 2, ust. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że okres zawieszenia umowy nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć takiego okresu, o którym mowa w § 2 ust. 2 projektu umowy.

**Pytanie:**

**Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy § 2, ust. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji jeżeli okres zawieszenia umowy będzie dłuższy niż 6 miesięcy Wykonawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zakończenie umowy lub indeksację jej wartości.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że w przypadku, o którym mowa § 2 ust. 2 projektu umowy w sytuacji gdy do zatrzymania sprzętu dojdzie po upływie 30 miesięcy od zawarcia umowy, a okres zatrzymania trwa nie mniej niż 5 miesięcy (licząc od momentu poinformowania przez Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcę) umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta, tj. 36 miesięcy. W przypadku gdy do zatrzymania sprzętu dojdzie przed upływem 30 miesięcy od zawarcia umowy, o okres zatrzymania trwa nie dłużej niż 6 miesięcy umowa zostaje przedłużona o okres trwania zawieszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pozostały do wykonania okres umowy (odwieszony) w wysokości, które otrzymałby w okresie zawieszenia z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 4 – 8, lub strony będą mogły umowę rozwiązać za porozumieniem stron lub ją kontynuować na zasadach wskazanych w umowie.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do umowy zapis:

„2a. W przypadku, o którym mowa ust. 2 :

- 1) w sytuacji gdy do zatrzymania sprzętu dojdzie po upływie 30 miesięcy od zawarcia umowy, a okres zatrzymania trwa nie mniej niż 5 miesięcy (licząc od momentu poinformowania przez Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcę) umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta, tj. 36 miesięcy;
- 2) gdy do zatrzymania sprzętu dojdzie przed upływem 30 miesięcy od zawarcia umowy, a okres zatrzymania trwa nie dłużej niż 6 miesięcy (licząc od momentu poinformowania przez Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcę) umowa zostaje przedłużona o okres trwania

*zawieszenia, o którym mowa w ust. 2, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pozostały do wykonania okres umowy (odwieszony) w wysokości, które otrzymałby w okresie zawieszenia z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 4 - 8 . W takiej sytuacji strony zobowiązane będą do zawarcia aneksu do umowy;*

- 3)** *gdy do zatrzymania sprzętu dojdzie przed upływem 30 miesięcy od zawarcia umowy, a okres zatrzymania sprzętu będzie trwał dłużej niż 6 miesięcy (licząc od momentu poinformowania przez Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcę) strony będą mogły umowę rozwiązać za porozumieniem stron lub kontynuować na zasadach wskazanych w pkt. 2”.*

**Pytanie:**

**Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy § 6, ust. 8, ppkt 2**

Prosimy o usunięcie ppkt 2. Zapisy w obecnej postaci, przy przewidywanych poziomach inflacji są martwe. W obecnym brzmieniu wykonawca będzie zmuszony do uwzględnienia prognozowanych wskaźników inflacji na etapie składania oferty.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający pozostawia zapisy § 6, ust. 8, ppkt 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ bez zmian.

**Pytanie:**

**Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy § 6, ust. 8, ppkt 5**

Prosimy o usunięcie. W obecnej postaci zapis o waloryzacji jest w praktyce zapisem martwym. Wykonawca, zwłaszcza duży przedsiębiorca, który działa w oparciu o szereg umów ramowych, globalnych etc. nie ma możliwości przedłożenia szczegółowych dokumentów dotyczących konkretnych danych finansowych bez ryzyka ujawnienia tajemnicy handlowej. Prosimy o odniesienie waloryzacji do wskaźnika GUS.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie:**

**Pytanie dot. Załącznika nr 1A do SWZ, Zestawienie okresów rozliczeniowych i wysokości rat**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie formularza w zakresie uśrednionej wartości miesięcznej za opiekę serwisową, a właściwa kwota raty miesięcznej zostanie wskazana na miesięcznej fakturze odpowiednio do ilości dni opieki serwisowej?

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający dopuszcza w/w zapis.**

**Pytanie:**

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

*„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urzędzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urzędzenie jak również pomieszczenia, w których urzędzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ dopisując w paragrafie 2 pkt 10, o następującej

treści: „W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie, za wyjątkiem środków przeznaczonych do usuwania tych zanieczyszczeń. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych do czasu usunięcia zanieczyszczeń przez Zamawiającego. Termin wykonania usługi w takim wypadku zostanie przedłużony o czas trwania usunięcia zanieczyszczeń przez Zamawiającego.”

**Pytanie:**

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

*Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie:**

Pytanie dot. Załącznika nr 3 do SWZ, Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż w sytuacji zmiany danych adresowych Stron umowy nie będzie konieczności zawierania dodatkowego aneksu, a zmiana danych adresowych nastąpi na podstawie pisemnego oświadczenia Strony umowy?

**ODPOWIEDŹ:**

**W przypadku zmiany danych adresowych stron umowy wystarczy przekazać w formie pisemnej informację drugiej stronie o zmianie danych adresowych.**