

ZATWIERDZAM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wielopanelowy test jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania narkotyków w ślinie Multi Drug 6 (narkotest)

2. Wymagania szczegółowe (cechy narkotestu):

a) powinien wykrywać jednocześnie grupy 6 związków od następujących poziomów granicznych

- AMP 50 ng/ml
- MET 50 ng/ml
- BZO 30 ng/ml
- COC 20 ng/ml
- OPI 40 ng/ml
- THC 50 ng/ml

b) jednoczęściowa, zintegrowana budowa z wbudowanym elementem umożliwiającym pobranie próbki śliny

c) hermetycznie zamknięty

d) przystosowany do pobrania śliny od kierującego pojazdem i pozwalający na wykonanie badania w warunkach nielaboratoryjnych np. w warunkach kontroli drogowej

e) musi posiadać widoczne i czytelne oznaczenia: nazwa testu, data ważności (na opakowaniu) oraz numer serii

f) wynik badania osiągnąć w czasie nieprzekraczającym 15 minut (od momentu pobrania próbki)

g) wynik badania nie może ulegać zmianie w ciągu 10 minut od momentu jego uzyskania

h) wynik badania musi jednoznacznie określać grupę związków wykrytą w ślinie

i) opakowanie z zamknięciem strunowym (dopuszczalne na taśmę klejącą) umożliwiające ponowne włożenie i zabezpieczenie użytego narkotestu

3. Pozostałe wymagania:

a) instrukcja obsługi w języku polskim oraz dołączona jedna para jednorazowych rękawiczek medycznych (lateksowych, nitylowych lub winylowych) w rozmiarze L/XL

b) w dacie dostawy dostarczone narkotesty muszą wykazywać się min. 12-miesięcznym terminem ważności, który nie może być krótszy niż okres gwarancji

INSPEKTOR
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Daniel Bankowski
Daniel BANKOWSKI

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Marek Lewiński
asp. Marek LEWIŃSKI