

Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania i odpowiedzi) 4

Kraków, dn. 18.09.2024 r.

L.dz. DZiK-DZP.2921.52.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp” pn. **Zakup i dostawa sprzętu histopatologicznego i laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**
nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.52.2024.**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dniu 13.09.2024 r. wpłynął wniosek potencjalnego Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W związku z niniejszym postępowaniem zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w zakresie zadania nr 3 – mikrotom rotacyjny.

W pkt 15 Zamawiający wymaga ustawiania grubości cięcia w krokach: od 20 - 50 μm co 5 μm ,

Czy Zamawiający dopuści urządzenie tnące w tym zakresie o parametrach:

Od 20 - 30 μm co 2 μm ,

Od 30- 60 μm co 5 μm ,

Odpowiedź 1:

Zamawiający **dopuszcza** urządzenie tnące o parametrach:

Od 20 - 30 μm co 2 μm

Od 30- 60 μm co 5 μm

oraz: Czy Zamawiający dopuści urządzenie tnące: od 60- 100 μ m co 10 μ m?

Odpowiedź 1:

Zamawiający **dopuszcza** urządzenie tnące od 60- 100 μ m co 10 μ m.

Pytanie nr 2

Zamawiający w pkt 13 wyszczególnia: „Tryb uśpienia wywoływany po 15 minutach przerwy w pracy, wybudzany dowolnym przyciskiem”. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające, w którym tryb uśpienia jest ustawiany indywidualnie w krokach co 10 min, zaczynając od 10 min (20 min, 30 min)?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający **dopuszcza** urządzenie, w którym tryb uśpienia jest ustawiany indywidualnie w krokach co 10 min, zaczynając od 10 min (20m in, 30 min).

Pytanie nr 3

Zamawiający w pkt 26 wyszczególnia: „Waga 35 kg.(+/-10%)”. Czy z racji na niewielką rozbieżność zamawiający dopuszcza produkt o wadze 30kg?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający **dopuszcza** urządzenie o wadze 30 kg.

Kanclerz

/-/ mgr Marcin Gałań