

Gaza 100% bawełniana niesterylna , składana w zyg-zak (składki)
 13,17 lub 20 nitkowa , grubość nitki TEX 15 , klasa IIa reguła 7
 Szerokość 90cm , długość 100mb. w opakowaniu jednostkowym .
 Bielona bez użycia chloru

Trans-Med

Gaza opatrunkowa niejałowa w składkach
 Medical non sterile zig-zag folded gauze

13 # 90 cm x 100 m

Nie stosować bezpośrednio na rany bez wyjałowienia.
 Sterylizować parą wodną w procesie zwalidowanym
 zgodnie z EN-ISO 17665-1 lub tlenkiem etylenu w procesie
 zwalidowanym zgodnie z EN-ISO 11135-1 lub radiacyjnie
 w procesie zwalidowanym zgodnie z EN-ISO 11137-1.
 Stosować opakowania zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2

TRANS-MED MEDICAL Sp. z o.o.
 ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 20P
 42-400 Zawiercie
 e-mail:biuro@trans-med.net
 tel. +48324114518 , fax.+48326722548

gaza opatrunkowa niesterylna w składkach 90cmx100m 13 nitkowa

LOT

REF **GNS13100**

5 908233 642217 >

CE 0197

NON STERILE

rev.1_09.2019

Trans-Med

Gaza opatrunkowa niejałowa w składkach
 Medical non sterile zig-zag folded gauze

17 # 90 cm x 100 m

Nie stosować bezpośrednio na rany bez wyjałowienia.
 Sterylizować parą wodną w procesie zwalidowanym
 zgodnie z EN-ISO 17665-1 lub tlenkiem etylenu w procesie
 zwalidowanym zgodnie z EN-ISO 11135-1 lub radiacyjnie
 w procesie zwalidowanym zgodnie z EN-ISO 11137-1.
 Stosować opakowania zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2

TRANS-MED MEDICAL Sp. z o.o.
 ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 20P
 42-400 Zawiercie
 e-mail:biuro@trans-med.net
 tel. +48324114518 , fax.+48326722548

gaza opatrunkowa niesterylna w składkach 90cmx100m 17 nitkowa

LOT

REF **GNS17100**

5 908233 642224 >

CE 0197

NON STERILE

rev.1_10.2019

Wytwórca :
 Trans-Med Medical Sp. z o.o.
 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P
 42-400 Zawiercie

REF GNS13100 - gaza 13 nitkowa
 REF GNS17100 - gaza 17 nitkowa
 REF GNS20100 - gaza 20 nitkowa

Trans-Med

Gaza opatrunkowa niejałowa w składkach
 Medical non sterile zig-zag folded gauze

20 # 90 cm x 100 m

Nie stosować bezpośrednio na rany bez wyjałowienia.
 Sterylizować parą wodną w procesie zwalidowanym
 zgodnie z EN-ISO 17665-1 lub tlenkiem etylenu w procesie
 zwalidowanym zgodnie z EN-ISO 11135-1 lub radiacyjnie
 w procesie zwalidowanym zgodnie z EN-ISO 11137-1.
 Stosować opakowania zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2

TRANS-MED MEDICAL Sp. z o.o.
 ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 20P
 42-400 Zawiercie
 e-mail:biuro@trans-med.net
 tel. +48324114518 , fax.+48326722548

gaza opatrunkowa niesterylna w składkach 90cmx100m 20 nitkowa

LOT

REF **GNS20100**

5 908233 642231 >

CE 0197

NON STERILE

rev.1_09.2019