



DZP/299/IBS/25

Tychy, 23.05.2025r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu.**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów medycznych i akcesoriów stosowanych
w innych zabiegach chirurgii oka (nr postępowania: 14/25/ZP/PN).**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,
że w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon
epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03%
blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. Opakowanie
6 sterylnych ampułkostrzykawk 0,7 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 gaz okulistyczny SF6 w pojemniku wielokrotnego użytku 75
ml wraz z 3 zestawami do podaży w składzie: 3 x strzykawka 60 ml, 3 x filtr 0.20 um, 3 x igła 30G, 3 x
opaska dla pacjenta. Czas efektywnej tamponady 7 dni. Wykonawca w przypadku dopuszczenia
opisanego produktu zwraca się z prośbą o odpowiednie przeliczenie wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 1 dekalinę w ampułkostrzykawkach 7 ml o
następujących parametrach: Własności fizyczne (przy 25 °C): gęstość [g/cm³]: 1.91 - 1.93 g/cm³;
lepkość [mPas]: 6.2 - 4.4 mPas; napięcie pary wodnej: 13 mmHg, endotoksyny: < 0.2 EU/ml,
wskaźnik refrakcji: 1.32 - 1.30, temperatura wrzenia: 140 - 142°C, niecytotoksyczny zgodnie z ISO

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON
240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 139 166 100,00 zł



10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 2 olej silikonowy 5000 mPas, w ampułkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 5000 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm³, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ≤ 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ≤ 5 ppm, związki fenolowe: ≤ 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ≤ 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 3 olej silikonowy 1000 mPas w ampułkostrzykawkach 10 ml o następujących parametrach: lepkość 1000 mPas, gęstość 0.967 - 0.975 g/cm³, wskaźnik refrakcji w temp 25 stopni: 1.40, Wskaźnik kwasowości: ≤ 0.15 ml NaOH 0.01 N, metale ciężkie: ≤ 5 ppm, związki fenolowe: ≤ 0.20 (250 - 270 nm), zmienność (10g/24h/150°C): ≤ 0.10 %w/w, endotoksyny: < 0.2 EU/ml, niecytotoksyczny zgodnie z ISO 10993-5, test kontaktu bezpośredniego przeprowadzony na dwóch liniach komórkowych: komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (ARPE-19), komórki broblastów mysich (klon BALB 3T3 A31)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści gaz okulistyczny SF6 zawierający: 30 ml sterylny pojemnik; 3 x filtr 0,22µm + łącznik ; 3 x strzykawka 50 ml; 3x zestaw 3 etykiet, 3x opaska dla pacjenta. Średni czas tamponady 10-15 dni, poziom ekspansji 2 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dekalinę o zawartości >98% dekaliny, gęstość (kg/l): 1.92-1.94, lepkość : 2.57-2.61 cSt (5 mPa.s), ciśnienie parowania 8.8 kPa, napięcie powierzchniowe 17.6-17.8 mN/m, napięcie międzyfazowe 51-52 mN/m, wskaźnik refrakcji: 1,313-1,314?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy 5000 o pojemności 10 ml, gęstości 0,97g/cm³, współczynnika refrakcji 1,404-1,405, napięciu powierzchniowym: 19,0-21,0 mN/m, napięciu międzyfazowym: 1,6-2,0 mN/m, masie cząsteczkowej: 61,0-62,0 Da, zawartości lotnych związków organicznych <3%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 pakiet 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy 1000 o pojemności 10 ml, gęstości 0,97g/cm³, współczynnika refrakcji 1,404-1,405, napięciu powierzchniowym: 19,0-21,0 mN/m, napięciu międzyfazowym: 1,6-2,0 mN/m, masie cząsteczkowej: 27,0-28,0 Da, zawartości lotnych związków organicznych <3%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści hydroksypropylometylocelulozę o lepkości 5000 cps, osmolarności 200 – 400 mOsm/kg, pH: 6,0-7,8, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 umowa §3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie faktur w formie pdf za pomocą poczty elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i proponuje zmianę w paragrafie 3 ust.3 na następującą treść:

„Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez niego fakturze VAT. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę w formie elektronicznej na adres: ksiegowosc@szpitalmegrez.pl , a po wprowadzeniu obowiązku stosowania przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Pytanie nr 12 pakiet nr 2 poz. 1

Czy Szanowny Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści: roztwór błękitu trypanu i DDG w strzykawce o pojemności 0,5 ml. Zawartość 0,09% błękitu i trypanu oraz 0,025% DDG dające doskonałe możliwości barwiące. Bez zawartości lateksu i środków konserwujących. Pochodzenia: synteza chemiczna z wysokim oczyszczaniem, osmolarność: 250-400 mOsm/kg

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 pakiet nr 4 poz. 1

Czy Szanowny Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści: Gaz SF₆ w pojemniku o pojemności 30 ml do wielorazowego użytku z pełnymi zestawami do iniekcji dla 3 pacjentów. Umożliwia bezpieczny stosunek mieszania powietrza i gazu 80/20. Średni czas trwania tamponady: 10 - 15 dni. Stopień ekspansji: 1,9-2. Czas przeznaczony na rozszerzenie w dniach: 2. Nieekspansywne stężenie: 20 %

Odpowiedź:

Zamawiający z treści pytania uznaje, iż dot. pakietu nr 3. W zakresie pakietu nr 3 Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 14 pakiet nr 4 poz. 2

Czy Szanowny Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 2 dopuści: Gaz C3F8 w pojemniku o pojemności 30 ml do wielorazowego użytku z pełnymi zestawami do iniekcji dla 3 pacjentów, gaz o najwyższych parametrach czystości, gotowy do użycia. Średni czas trwania tamponady: 55 - 65 dni. Stopień ekspansji: 4. Czas przeznaczony na rozszerzenie w dniach: 3. Nieekspansywne stężenie: 12 %.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15 pakiet nr 5 poz. 1

Czy Szanowny Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1 dopuści: Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy o parametrach w temperaturze 20 stopni- lepkości 2,66 mm²/s; index refrakcji 1,31; sile wypierania 13,5 mmHg. Pojemności fiolki 7 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 pakiet nr 5 poz. 2

Czy Szanowny Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 2 dopuści: Ultraczysty Olej produkowany z wysoce oczyszczonego oleju silikonowego 5000, min. 10ml pojemność, pakowany w strzykawce, gotowy do użycia; silanol <100ppm, aceton <10ppm; utrata masy 0%; polidyspresyjność 1,6; indeks refrakcji 1,403; lepkość 5429 mPas w temp. 25 stopni C

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 pakiet nr 5 poz. 3

Czy Szanowny Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 3 dopuści: Ultraczysty Olej silikonowy produkowany z wysoce oczyszczonego oleju silikonowego 1000 - min. 10 ml pojemność; pakowany w strzykawce, gotowy do użycia; indeks refrakcji 1,403-1,404; lepkość w temp. 25stopni 1000mPaS-1233mPaS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 pakiet nr 7 poz. 1

Czy Szanowny Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 wymaga: HydroxyPropyl Methylcellulose 2% o zawartości HPMC 20mg/ml pH: 6,8-7,5, lepkość- 4.500 mPas; ampułkostrzykawka o pojemności 2 ml, pseudoplastyczność o wartości 18 w temperaturze 20 stopni Celsjusza i lepkości eteru celulozy 15000 mPa w temp 20 stopni Celsjusza, zapewniające doskonałą krystaliczność produktu i brak pęcherzyków powietrza w produkcie. Parametry potwierdzone załączonym badaniem biochemicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 19 pakiet nr 7 poz. 1

Czy Szanowny Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści: HydroxyPropyl Methylcellulose 2% o zawartości HPMC 20mg/ml. Lepkość w spoczynku: 4000 - 5000 mPas / 5000 - 7000 mPas, pH: 6,8 – 7,6 Osmolalność : 270– 400 mOsm/Kg Surowiec: nie pochodzący od zwierząt

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 1 dopuści 100% perfluorodelatonę (C10F18) w fiolce poj. 7ml o gęstości (przy 20 C): 1,908g/ml; współczynnika refrakcji w temperaturze 20 C: 1,313 i temperaturze wrzenia: 142 C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 2 dopuści ultraczysty, sterylny olej silikonowy o lepkości 5000-5900mPas, wskaźniku refrakcji 1,40 w temp. 25 C, ciężarze właściwym 0,97 g/cm³ w temp. 25°C, napięciu powierzchniowym: 20 mN/m dla powietrza i 39 mN/m dla wody, sterylna szklana strzykawka o pojemności 10 ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 3 dopuści ultraczysty, sterylny olej silikonowy o lepkości 1000-1500mPas, wskaźniku refrakcji 1,40 w temp. 25 C, ciężarze właściwym 0,97 g/cm³ w temp. 25°C, napięciu powierzchniowym: 20 mN/m dla powietrza i 39 mN/m dla wody, sterylna szklana strzykawka o pojemności 10 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 2 dopuści wysoce oczyszczony, sterylny olej silikonowy o lepkości (25 C) 5000mPas, wskaźniku refrakcji 1,401-1,405 w temp. 25 C, ciężarze właściwym 0,97 g/cm³ w temp. 25°C, sterylna szklana strzykawka o poj. 10 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pozycja 3 dopuści wysoce oczyszczony, sterylny olej silikonowy o lepkości (25 C) 1000mPas, wskaźniku refrakcji 1,401-1,405 w temp. 25 C, ciężarze właściwym 0,97 g/cm³ w temp. 25°C, sterylna szklana strzykawka o poj. 10 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści przezroczysty, sterylny materiał wiskoelastyczny hydroksypropylometylocelulozę o stężeniu 2,0%, lepkości 3000-5000mPas, osmolarności 270-400 mOsm/kg z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §3 projektu umowy ustępów nr 5 i 6?

Uzasadnienie:

Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniającą prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić Wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §4 ust. 1 umowy w ten sposób, że **aktualna stawka VAT będzie stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami bez konieczności zawierania aneksu do umowy?**

Uzasadnienie:

Strony nie mają żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług, dlatego aktualna stawka powinna być stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami bez konieczności zawierania aneksu do umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §4 ust. 3 i 4 umowy w ten sposób, że:

- 1) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wyniesie 15%,**
- 2) Obniżenie wynagrodzenia nie nastąpi poniżej ceny ofertowej?**

Uzasadnienie:

- Oferta jest składana w warunkach wysokiej inflacji i niepewnej sytuacji gospodarczej, dlatego maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia powinna zostać podniesiona;
- Cena ofertowa uwzględnia prognozy ewentualnych obniżek cen na rynku, dlatego ewentualne obniżenie wynagrodzenia nie powinno następować poniżej tej ceny;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 13 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Niezrealizowanie dostawy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy z uwzględnieniem postanowień §7 ust 2 pkt 4) niniejszej umowy.*”?

Uzasadnienie:

Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny tylko wówczas, gdy brak terminowej dostawy wynika z winy Wykonawcy, a nie działania osób trzecich lub wystąpienia siły wyższej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć **20% łącznej** wartości umowy, **natomiast w przypadku danej zwłoki – 10% wartości netto towarów pozostających w zwłoce**. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych.

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych; ~~— z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień zwłoki,~~

2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji lub w realizacji obowiązków związanych z gwarancją; ~~— z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień zwłoki,~~

3) w wysokości 10% **wartości netto niezrealizowanej części** umowy w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

4) w wysokości różnicy pomiędzy ceną określoną w załączniku nr 2 a ceną zakupu interwencyjnego, w przypadku konieczności dokonania zakupu interwencyjnego na podstawie § 5 ust. 13 niniejszej umowy.”?

Uzasadnienie:

- Górny limit naliczania kar umownych powinien zostać obniżony, a ponadto zasadnym jest ustanowienie górnego limitu dla danego uchybienia/ danej zwłoki. W przeciwnym wypadku suma kar umownych mogłaby przekroczyć wartość dostawy;

- Kara umowna za odstąpienie od umowy powinna być naliczana w oparciu o wartość jeszcze niezamówionego asortymentu, w przeciwnym wypadku miałaby zawsze tę samą wysokość, bez względu na stopień realizacji umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31 pakiet nr 2

Czy zamawiający dopuści również barwnik o poniższych parametrach:

Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brilliant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawkę o pojemności 0,5ml, pH 6.5-8.0, osmolarność 270-400 mOsm/kg, sterylny. Opakowanie 1 sztuka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 pakiet nr 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści również dekalinę o poniższych parametrach:

Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy C10F18 (perfluorodekalina) w szklanej fiole 5 ml, czysty płyn, nie zawiera konserwantów ani żadnych innych składników, chemicznie obojętny, nie miesza się z wodą i jest nietoksyczny w przyrodzie. Jałowy, apirogenny, optycznie przeźroczysty, wysoce oczyszczony, 100% fluorowany cieczą perfluorowęglowodórą, czysty płyn, ciężar właściwy w temperaturze 25 stopni C 1,91 +/- 0,02, współczynnik załamania światła w temp. 25st.C 1.3100 do 1,3150, lepkość w temperaturze 25 stopni C +/-2 stopnie C od 2.66cSt do 3.00 cSt, napięcie powierzchniowe w temp. 25 st.C od 17 do 27 mN/m, temperatura wrzenia 142 st.C, stosowany podczas zabiegów chirurgii witreoretinalnej, w zabiegu chirurgicznego leczenia odwarstwienia siatkówki. Sterylizacja parą wodną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33 pakiet nr 5 poz. 2

Czy zamawiający dopuści również olej o poniższych parametrach:

Olej silikonowy 5000mPas, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych ampułkostrzykawkach, objętość: 10ml, Lepkość (25st.C) 4500-5500 mPas, ciężar właściwy (25st. C) 0,97 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (25st. C): 1,4, olej bezbarwny, wysoce oczyszczony, do tamponady wewnątrzgałkowej w trakcie zabiegu witrektomii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34 pakiet nr 5 poz. 3

Czy zamawiający dopuści również olej o poniższych parametrach:

Olej silikonowy 1000mPas, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych ampułkostrzykawkach, objętość: 10ml, Lepkość (25st.C) 950-1050mPas, ciężar właściwy (25st. C) 0,97 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (25st. C): 1,4, olej bezbarwny, wysoce oczyszczony, do tamponady wewnątrzgałkowej w trakcie zabiegu witrektomii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 pakiet nr 7

Czy zamawiający dopuści również hydroksypropylometylocelulozę o poniższych parametrach:
Sterylny, apirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowo o niskiej masie cząsteczkowej i małym napięciu powierzchniowym. Preparat wysoce dyspersyjny.

Lepkość: 5250 – 8750 mPas

Ph: 6.8 do 7.6

Osmolarność: 270-400

Masa cząsteczkowa: powyżej 80 000 Da

Objętość ampułkostrzykawki: 2,0ml, kaniula 23G

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SWZ są jej integralną częścią. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający w oparciu o przepis art. 137 ust. 6 ustawy Pzp **przedłuża:**

a) termin składania ofert do dnia 04.06.2025r do godz. 08:00

b) termin otwarcia ofert do dnia 04.06.2025r. do godz. 08:05

c) termin związania ofertą do dnia 01.09.2025r.

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych
równocześnie pełniący obowiązki Kierownika
Działu Organizacyjno-Prawnego
Karolina Filipowska*

Dokument sporządziła:

Iwona Bartela-Snakowska

Specjalista ds. Zamówień Publicznych