

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna- wymagania minimalne

Przedmiotem Zamówienia: „Dostawa aparatury badawczej dla Wydziału Chemii UWr - Titrator kulometryczny Karla Fischera”

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i spełniał wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej, z wszystkimi atestami oraz oznakowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lp.	PARAMETRY WYMAGANE przez Zamawiającego	WYPEŁNIA WYKONAWCA poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE*, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry urządzenia
		*Właściwa odpowiedź np. dla odpowiedzi TAK powinna zostać zaznaczona w następujący sposób: TAK/NIE
A	B	C
1.	Minimalne parametry techniczne	
1.1	Zakres pomiaru od 1 ppm do 5%	TAK/NIE
1.2	Rozdzielczość od 0.1 ppm do 0.0001%	TAK/NIE
1.3	Rodzaje próbek: ciecz lub ciało stałe	TAK/NIE
1.4	Dozowanie dynamiczne	TAK/NIE
1.5	Elektroda bez diafragmy	
1.6	Korekta przesunięcia tła: automatyczna lub wybierana przez użytkownika	TAK/NIE
1.7	Punkty końcowe cechuje: stała trwałość w mV, względne zatrzym. dryftu lub bezwzględne zatrzym. dryftu	TAK/NIE
1.8	Zintegrowane mieszadło magnetyczne regulowane w zakresie 200-2000 obr./min z optycznym sprzężeniem zwrotnym do automatycznej kontroli prędkości	TAK/NIE
1.9	Etap wstępnego miareczkowania	TAK/NIE
1.10	System obsługi rozpuszczalników: uszczelniony system ze zintegrowaną membranową pompą powietrza	TAK/NIE
1.11	Liczba metod: do 100 metod (standardowe i zdefiniowane przez użytkownika)	TAK/NIE
1.12	Przechowywanie danych: do 100 raportów z miareczkowania i raportów szybkości dryftu	TAK/NIE
1.13	Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych: monitor, drukarka, klawiatura, wagi analityczne	TAK/NIE

1.14	Środowisko: temperatura od 10 do 40 stopni C, dopuszczalna względna wilgotność otoczenia RH < 95%	TAK/NIE
1.15	Interfejs wagi do automatycznego ważenia	TAK/NIE
1.16	Krzywa miareczkowania wyświetlana w czasie rzeczywistym	TAK/NIE
1.17	Raport miareczkowania można konfigurować	TAK/NIE
1.18	Przesyłanie danych na dysk flash USB lub komputer	TAK/NIE
1.19	Wyraźnie wyświetlane ostrzeżenia i komunikaty o błędach	TAK/NIE

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania oraz, że oferuję warunki dostawy i gwarancji (zgodnie z załącznikiem nr 1, stanowiący Formularz ofertowy nr 1 do SWZ).

Uwaga!

Niniejszy dokument należy opatrzyć **kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**, przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.