



TAM-742/1-PN/56-2024.AN

Rybnik, dnia 30.10.2024 r.

Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

**zakup echokardiografu na potrzeby Oddziału Kardiologicznego**  
(zamówienie nr **TAM-742-PN/56-2024.AN**)  
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 18.10.2024 r., nr **2024/S 204-633115**

W związku z otrzymanymi pytaniami odnośnie ww. postępowania, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zamawiający przekazuje niniejszym treść otrzymanych zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. Dodatkowo zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:** „*Dot. wiersz II.4. tabeli Specyfikacji technicznej Załącznik nr 1.2 do SWZ: Czy Zamawiający dopuści Aparat Ultrasonograficzny wyposażony w najaktualniejszą, pełną i angielskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnione o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej, niezbędnego do jego funkcjonowania?*”

*Język angielski jest powszechnie stosowany w nomenklaturze medycznej, echokardiograficznej/ultrasonograficznej i obsłudze urządzeń medycznych, więc tłumaczenia powszechnie znanych angielskojęzycznych określeń dotyczących trybów pracy lub wielkości mierzonych, nazw klawiszy pulpitu, mogą powodować nieporozumienia. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty.”*

**Odpowiedź 1:** Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. **Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.**

**Pytanie 2:** „*Dot. wiersz IV.14. tabeli Specyfikacji technicznej Załącznik nr 1.2 do SWZ: Czy Zamawiający dopuści Aparat Ultrasonograficzny wyposażony w oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej prawej komory serca oraz obliczania parametru Global Strain., Free Wall Strain. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty.”*”

**Odpowiedź 2:** Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2. w tym zakresie. **Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.**

Telefony:

Kancelaria: 32 429-12-90

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 32 429-12-54

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

**Pytanie 3:** „Dot. wiersz VI.10. tabeli Specyfikacji technicznej Załącznik nr 1.2 do SWZ: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Aparat Ultrasonograficzny klasy premium, renomowanego producenta, wyposażony w głowicę liniową, szerokopasmową do badań dopplerowskich zbudowaną o zasięgu 12cm. Oferowana przez Nas głowica w wielu parametrach przekracza wymagania Zamawiającego min. zbudowana jest z 320 elementów akustycznych, zakres częstotliwości pracy przetwornika 3 do 12 MHz długości czoła głowicy (FOV) 38mm. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty.”

**Odpowiedź 3:** Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 1.2 w tym zakresie. Sporządzając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

**Pytanie 4:** „Dot. §5 ust. 3 projektu umowy zał. nr 2 do SWZ: Czy zamawiający wyrazi zgodę na to, aby łączna odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie w terminie umowy z winy wykonawcy i naliczonych w związku z tym kar umownych za zwłokę, z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego i ewentualnej dodatkowej rekompensaty dla zamawiającego w wysokości kwoty utraconego dofinansowania/dotacji **może być ograniczona do 30% wartości umowy brutto?**

W przypadku zgody Zamawiającego, prosimy o zmianę zapisu w §5 ust. 3.

Pozostawienie pierwotnego zapisu jest bardzo niekorzystne dla wykonawców, gdyż może dojść do sytuacji, w której rekompensata będzie równa wysokości utraconej dotacji/dofinansowania i będzie należna dodatkowo ponad naliczone kary umowne za zwłokę/odstąpienie od umowy. Może się więc zdarzyć, że za zwłokę w wykonaniu umowy wartość rekompensaty plus naliczone kary umowne przekroczą wartość umowy, co dla wykonawców bardzo niekorzystne i nieakceptowalne. Zatem wnosimy jak na wstępie.”

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do projektowanych postanowień umowy.

W związku z powyższymi modyfikacjami zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, a tym samym dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

#### **Rozdział XII pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

Termin związania ofertą wynosi 88 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **31.01.2025 r.**

#### **Rozdział XV pkt 2 i 4 otrzymują następujące brzmienie:**

Pkt 2: Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 05.11.2024 r. do godz. 10:00**

Pkt 4: Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 05.11.2024 r. o godz. 10:30**

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie.

Załączniki:

1. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1.2 – wersja zmodyfikowana.