



Szp-241/FZ-035A/674/2024

Wrocław, dnia 25.09.2024 r.

**INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „DOSTAWA APARATU USG -POWTÓRKA”

**Pytanie nr 1 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych**

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym dynamika wynosi 260 dB?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 2 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych**

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym videoprinter nie jest wbudowany w aparat, ale znajduje się na dedykowanej półce niewystającej poza obrys aparatu?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 3 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych**

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosi 827 obrazów na sekundę?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 4 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych**

Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie posiada modułu elastografii obliczającego i wyświetlającego sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy convexowej, ale posiada moduł elastografii Shear Wave na głowicy konweksowej, która jest pierwszym wyborem do badania wątroby?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 5 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych**

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym głowica convex ma zakres częstotliwości od 1,2 do 6 MHz i posiada 128 elementów?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 6 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych**

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym głowica sektorowa ma zakres częstotliwości od 1,5 do 4,5 MHz i posiada kąt pola skanowania głowicy wynoszący 90 stopni?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 7 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych**

Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie posiada pojedynczych krzywych ogniskowania, ale jest wyposażony w innowacyjny system ogniskowania na całej głębokości, co zmniejsza liczbę ustawień potrzebnych do wykonania badania?

***Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.***



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

## Pytanie nr 8 – dotyczy wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada możliwości rozbudowy o głowicę liniową elektroniczną wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości od 3,0 do 13,0 MHz, obrazowanie harmoniczne ale nie posiada programowalnych przycisków sterujących wbudowanych w korpus głowicy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
mgr inż. Jacek Banaszak

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych

Anna Henczel

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu  
ul. H. M. Kamińskiego 73a, 51-124 Wrocław  
Infolinia 45 95 95 454  
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl  
NIP 8951645574, REGON 000977893  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

