



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Kraków, dnia 25.09.2024 r.

Wyjaśnienie treści SWZ (Pytania i odpowiedzi). Zmiana treści SWZ. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

W odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **DZIK-DZP.2921.68.2024 pn. „Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp”, udostępnia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zadanie nr 2 – mikroskop edukacyjny:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne o ergonomiczne wygodniejszej, lepszej głowicy binokularowej, **pochylenie 30 stopni**, możliwość obrotu głowicy o 360 stopni?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów o pochyleniu 30 stopni z możliwością obrotu głowicy o 360 stopni.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne o ergonomiczne wygodniejszej, lepszej głowicy binokularowej, **pochylenie 30 stopni**, bez możliwości obrotu głowicy o 360 stopni, która z reguły nie jest wykorzystywana?

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów o pochyleniu 30 stopni bez możliwości obrotu głowicy o 360 stopni.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne wyposażone w okulary 10x/18mm, zintegrowane z tubusem, jeden z okularów ze wskaźnikiem, bez muszli ocznych?

Odpowiedź 3: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów wyposażonych w okulary 10x/18mm, zintegrowane z tubusem, jeden z okularów ze wskaźnikiem, bez muszli ocznych.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne wyposażone w śruby mikrometryczne z działką elementarną lepszą, bo dokładniejszą – 2 mikrometry ?

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza mikroskopy wyposażone w śruby mikrometryczne z działką elementarną 2 mikrometry.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne wyposażone w stolik o wymiarach 140x132mm i lepszym zakresie ruchu 76x50mm, z uchwytem lepszym, bo mieszczącym zarówno jeden jak też dwa preparaty?

Odpowiedź 5: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów wyposażonych w stolik o wymiarach 140x132mm, zakresie ruchu 76x50mm, z uchwytem mieszczącym zarówno jeden jak też dwa preparaty.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne wyposażone w stolik o wymiarach 150x140mm i lepszym zakresie ruchu 76x50mm, z uchwytem lepszym, bo mieszczącym zarówno jeden jak też dwa preparaty?

Odpowiedź 6: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów wyposażonych w stolik o wymiarach 150x140mm, zakresie ruchu 76x50mm, z uchwytem mieszczącym zarówno jeden jak też dwa preparaty.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne wyposażone w precentrowany kondensator Abbego z przysłoną, bez oznaczeń odpowiadającym optymalnym ustawieniom kondensora dla danego obiektywu oraz bez slotu na wsuwkę do kontrastu fazowego lub/i ciemnego pola?

Odpowiedź 7: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów wyposażonych w precentrowany kondensator Abbego z przysłoną, bez oznaczeń odpowiadającym optymalnym ustawieniom kondensora dla danego obiektywu oraz bez slotu na wsuwkę do kontrastu fazowego lub/i ciemnego pola.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne wyposażone w zasilacz zewnętrzny, odłączany, nie wbudowany?

Odpowiedź 8: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów wyposażonych w zasilacz zewnętrzny, odłączany, nie wbudowany.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

Pytanie 9: Kamera mikroskopowa i tak wymaga podpięcia do komputera przez port USB dla przesyłu danych i jednocześnie tym samym przewodem jest zasilana to nie ma ani konieczności ani uzasadnienia dla wbudowanego w mikroskop portu zasilającego USB; kamery HDMI natomiast wymagają zaś zasilania 230 V / 50 Hz z sieci; nadto jest to warunek bardzo mocno ograniczający ilość oferentów i typów mikroskopów, które można zaoferować. Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się również na mikroskopy bez wbudowanego portu USB?

Odpowiedź 9: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów bez wbudowanego portu USB.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne wyposażone w obiektywy Plan: 4x/0.10NA, 15,1 mm W.D

10x/**0.25NA**, 8,6 mm W.D - lepszy

40x/0.65NA, 0,38 mm W.D

100x/1.25NA, 0,10 mm W.D

Lub też:

4x/0.10NA, 15,00 mm W.D

10x/**0.25NA**, 10,8 mm W.D - lepszy

40x/0.65NA, 0,80 mm W.D - lepszy

100x/1.25NA, 0,21 mm W.D – lepszy

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza mikroskopy wyposażone w obiektywy Plan:

4x/0.10NA, 15,1 mm W.D



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

10x/**0.25NA**, 8,6 mm W.D

40x/0.65NA, 0,38 mm W.D

100x/1.25NA, 0,10 mm W.D

Lub też:

4x/0.10NA, 15,00 mm W.D

10x/**0.25NA**, 10,8 mm W.D

40x/0.65NA, 0,80 mm W.D

100x/1.25NA, 0,21 mm W.D

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne bez możliwości rozbudowy o fluorescencję ponieważ w tym segmencie mikroskopów jest to wymóg niespotykany, niewykorzystywany w praktyce ze względu na słabą jakość oraz mocno ograniczający i zmuszający do złożenia oferty na znacznie droższe mikroskopy, o innych parametrach wcale nie lepszych, wyłącznie z powodu tego wymagania?

Odpowiedź 11: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów bez możliwości rozbudowy o fluorescencję.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści także mikroskopy równoważne wyposażone w przewód zasilający z możliwością odłączenia i zwinięcia? Umieszczenie wewnątrz konstrukcji mikroskopu jest warunkiem mocno ograniczającym?

Odpowiedź 12: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopów wyposażonych w przewód zasilający z możliwością odłączenia i zwinięcia.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

Pytanie 13: Prosimy o wyjaśnienie czy stolik mikroskopu ma być wykonany z metalu czy też dopuszczalne są inne, tańsze opcje, np. odlewany masy plastycznej?

Odpowiedź 13: Zamawiający nie precyzował materiału wykonania stolika. Mile widziany stolik odlewany z metalu.

Pytanie 14: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dla mikroskopów Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych?

Odpowiedź 14: Zamawiający wymaga Deklaracji CE, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 15: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopów czy nie stawia takiego wymogu?

Odpowiedź 15: Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopów, ale mile widziany.

Pytanie 16: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dla mikroskopów jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego, podobnie jak odkurzacz czy żelazko, czy też wymaga Deklaracji CE IVD dowodzącej, że mikroskop jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź 16: Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE. Zgodnie z zapisami SWZ w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt ze stawką podatku VAT inny niż podstawowy,



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

poda on podstawę prawną i dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie.

Zadanie nr 3 – mikroskop laboratoryjny:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny wyposażony w stolik przedmiotowy pokryty w całości warstwą ceramiczną, odporny na zarysowania, śruba przesuwu w osi X-Y zamontowana na stałe z prawej strony stolika zakres przesuwu preparatu 76mm x 50mm, uchwyt na jeden jak też na dwa preparaty?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu wyposażonego w stolik przedmiotowy pokryty w całości warstwą ceramiczną, odporny na zarysowania, śruby przesuwu w osi X-Y zamontowanej stałe z prawej strony stolika zakres przesuwu preparatu 76mm x 50mm, uchwytu na jeden jak też na dwa preparaty.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny wyposażony w 2-stopniową śrubę ostrości (przesuw dokładny i zgrubny); skalowana z dokładnością 2 μm ?

Odpowiedź 2: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu wyposażonego w 2-stopniową śrubę ostrości (przesuw dokładny i zgrubny) z skalowaną dokładnością 2 μm .

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny wyposażony w Kondensator z białymi oznaczeniami dla łatwiejszego doboru apertury do obiektywu, posiadający slot na wsuwki dla kontrastu fazowego i ciemnego pola?



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

Odpowiedź 3: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu wyposażonego w Kondensator z białymi oznaczeniami.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny wyposażony w zestaw obiektywów o standardowej długości parafokalnej 45mm; Plan achromat:

4x/0.10NA, 15,00 mm W.D

10x/0.25 PH, 10,8 mm W.D

20X/0.40 PH, 1.50 mm W.D.

40x/0.65 PH, 0,80 mm W.D

100x/1.25 Oil PH, 0,18 mm W.D

Symbol HI Plan jest nazwą handlową.

Odpowiedź 4: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu wyposażonego w zestaw obiektywów o standardowej długości parafokalnej 45mm: Plan achromat:

4x/0.10NA, 15,00 mm W.D

10x/0.25 PH, 10,8 mm W.D

20X/0.40 PH, 1.50 mm W.D.

40x/0.65 PH, 0,80 mm W.D

100x/1.25 Oil PH, 0,18 mm W.D

Zamawiający dopuszcza obiektywy bez oznaczenia HI Plan.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści także mikroskop równoważny wyposażony w rozwiązanie równoważne - obiektywy PH: 10x, 20x, 40x, 100x kompatybilne z różnymi pierścieniami fazowymi umieszczanymi w slocie kondensora na dwu wsuwkach dla obiektywów: 10x i 40x oraz 20x i 100x?

Odpowiedź 5: Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu wyposażonego w obiektywy PH: 10x, 20x, 40x, 100x kompatybilne z różnymi pierścieniami fazowymi umieszczanymi w slocie kondensora.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści także kamerę równoważną o lepszych parametrach:

- sensor CMOS 1 / 1.2",
 - możliwość współpracy z monitorem 4k HDMI
 - obraz na żywo w wysokiej rozdzielczości 4k, 30 kl./s, HDR
 - obrazy JPG o rozdzielczości do 8 MPx,
- nagrywanie wideo Full HD JPG z szybkością 30 kl./s
- sterowanie kamerą: przez komputer PC za pomocą dołączonego oprogramowania, lub z pomocy myszki dołączanej do kamery – w trybie pracy HDMI – bezpośrednio z monitorem,
 - przechwytywanie obrazów bezpośrednio na pamięć USB,
 - złącze USB-C
 - kabel HDMI, kabel USB C-A, pamięć USB (pendrive),
 - adapter do kamery c-mount 0,65x
 - czas ekspozycji 1ms – 10 s. kontrolowany automatycznie i manualnie?



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

Odpowiedź 6: Zgodnie z wymaganiami SWZ, bez zmian.

Pytanie 7: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dla mikroskopów Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych

Odpowiedź 7: Zamawiający wymaga Deklaracji CE, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 8: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopów czy nie stawia takiego wymogu?

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wymaga autoryzowanego serwisu producenta mikroskopów, ale mile widziany.

Pytanie 9: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dla mikroskopów jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego, podobnie jak odkurzacz czy żelazko, czy też wymaga Deklaracji CE IVD dowodzącej, że mikroskop jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź 9: Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE. Zgodnie z zapisami SWZ w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt ze stawką podatku VAT inny niż podstawowy, poda on podstawę prawną i dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

Projekt umowy:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5- załącznik nr 1 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto?

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 projektu umowy.

Zamawiający formułując zapisy projektu umowy, określił wysokość kary umownej w sposób procentowy, zwracając przy tym uwagę na konieczność precyzyjnego wskazania podstawy obliczenia kary umownej. W myśl art. 7 pkt 1 ustawy Pzp definicja ceny wyrażona w ustawie o cenach znajduje zastosowanie na gruncie Prawa zamówień publicznych. W rozumieniu ustawy o cenach, w cenie za usługę uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Podstawą naliczenia kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT, powinna być wartość wynagrodzenia brutto, tj. wynagrodzenia uwzględniającego już podatek VAT.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 projektu umowy – zał. 1 do SWZ w następujący sposób:

- 1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy;
- 2) za zwłokę w terminie dostawy z winy Wykonawcy – 1 % ceny brutto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy;
- 3) za zwłokę w czasie reakcji na zgłoszoną usterkę z winy Wykonawcy – 1 % ceny brutto, obejmującego wadliwy sprzęt za każdy dzień zwłoki w stosunku do czasu określonego w § 4 niniejszej umowy;



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



UNIwersytet ROLNICZY
im. Hugona Kollątaja w Krakowie

- 4) za zwłokę w naprawie usterki z winy Wykonawcy – 1 % ceny brutto wadliwego sprzętu, za każdy dzień zwłoki w stosunku do czasu określonego w § 4 niniejszej umowy;
- 5) za brak świadczenia usług gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji jakości, w terminach przewidzianych niniejszą umową – 1 % ceny brutto wadliwego sprzętu, za każdy dzień zwłoki w stosunku do czasu określonego w § 4 niniejszej umowy;

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 5 projektu umowy.

Wobec powyższego, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania oraz równy dostęp potencjalnych Wykonawców do informacji, jak również umożliwienie potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze sporządzenie ofert, poprzez wydłużenie czasu na ich przygotowanie i złożenie – Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.3 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

Nowy termin związania ofertą ustala się do dnia: 30.10.2024 r.

Nowy termin składania ofert ustala się do dnia: 01.10.2024 r.;

Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 01.10.2024 r.;

Uwaga! Godziny otwarcia i składania ofert pozostają niezmiennie.

Dokonane zmiany zostają umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/981643>

Udzielone odpowiedzi oraz zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców.

Kanclerz

/-/ mgr Marcin Gałan

12