



Gdańsk, dnia 25.03.2025 r.

nr sprawy: D10.251.15.F.2025

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „**Dostawę drukarki laserowej do kasetek histopatologicznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii Copernicus PL Sp. z o.o.**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zestaw 1

Pytanie 1

"Urządzenie sygnalizuje brak kasetek w magazynkach i automatycznie wznawia wydruk po uzupełnieniu kasetek".

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które automatycznie wznawia wydruk po załadunku kasetek i potwierdzeniu tej czynności, poprzez naciśnięcie przycisku na obudowie drukarki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

**Zatwierdził
Wiceprezes Zarządu – Piotr Wróblewski**

Sporządziła: Magdalena Fuławka – Sekretarz Komisji Przetargowej