



Wrocław, 24.04.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek intensywnej opieki medycznej z wagą - 9 kpl, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.47.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 5 - Do pakietu nr 2 „Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 20 tygodni?

Odpowiedz na pytanie nr 5: Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka ICU opartego na bardzo stabilnej konstrukcji, posiadającej cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka, które jest wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (tylko w lakierze) – fabrycznie nowe?

Odpowiedz na pytanie nr 6 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szerokość z podniesionymi poręczami bocznymi 1010 mm (+/- 10 mm)? Oferowana szerokość jest bardzo zbliżona do wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 7 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego całkowitą długość 2220 mm (+/- 10 mm)? Oferowane długości są bardzo zbliżone do wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedz na pytanie nr 8 :Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 4 i 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego pilota? Oferowane łóżko (zamiast pilota) będzie posiadało sterowanie wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej przeznaczonej dla pacjenta umożliwiające regulację zmiany wysokości leża, pochylenia oparcia pleców, pochylenia segmentu udowego, funkcji autokontur, a także dodatkowo z jednego przycisku regulację pozycji wyjściowej?

Odpowiedz na pytanie nr 9 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja posiada cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia

zintegrowanych z podstawą łóżka w celu zagwarantowania bardzo wysokiej stabilności, bez możliwości monitorowania pacjenta ramieniem C?

Odpowiedź na pytanie nr 10 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od 0° do 65° (+/- 5°)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 11 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 65° (+/- 5°) oraz segmentu uda do 45° (+/- 2°)? Oferowane zakresy są zbliżone do wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 12 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego system autoregresji 165 mm (+/- 10 mm) zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej? Oferowany parametr jest bardzo zbliżony do parametru wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 13 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji Fowlera (obniżenie wysokości leża, uniesienie segmentu oparcia pleców i uda) uzyskiwanej za pomocą dwóch przycisków służących do regulacji wysokości leża oraz funkcji autokontur dostępnych na panelu centralnym? Oferowane rozwiązanie umożliwia w prosty sposób uzyskanie pozycji oczekiwanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 14 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panele sterujące od strony pacjenta i personelu bez przycisków uruchamiającymi dostępność funkcji?

Odpowiedź na pytanie nr 15 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami oświetlenia podwozia, ale bez alarmu akustycznego?

Odpowiedź na pytanie nr 16 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17- Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 21 i 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych przy pomocy odpowiednich przycisków (oprócz funkcji ratunkowych), panel wyposażony w diodową sygnalizację informującą o zablokowanej funkcji („kłódka” otwarta / „kłódka” zamknięta)?

Odpowiedź na pytanie nr 17 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej? Oferowane rozwiązanie będzie wygodniejsze niż wskazane przez Zamawiającego, ponieważ zapewnia bezstopniową regulację segmentu podudzia.

Odpowiedź na pytanie nr 18 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystaje ponad płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 19 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym segmenty wypełnione są płytami laminowanymi, a segment oparcia pleców jest przezierny dla promienia RTG?

Odpowiedź na pytanie nr 20 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 34) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego dźwignię uruchamiającą centralną blokadę kół umieszczoną przy kołach od strony nóg pacjenta (dostępną na całej szerokości podstawy) – jak na zdjęciu poniżej?



Odpowiedź na pytanie nr 21 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół, wykonane bez zastosowania nanotechnologii srebra?

Odpowiedź na pytanie nr 22 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 37) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego prześwit pod podwoziem o wysokości min. 185 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego?

Odpowiedź na pytanie nr 23 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału?

Odpowiedź na pytanie nr 24 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego (zamiast poziomnic) wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych leża, które znajdują się w barierkach bocznych po obu stronach leża?

Odpowiedź na pytanie nr 25 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 40) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego osiem haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża?

Odpowiedź na pytanie nr 26 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 44) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań odbywa się na panelu z dotykowym wyświetlaczem LCD wbudowanym w szczyt łóżka od strony nóg pacjenta (panel posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu)?

Odpowiedź na pytanie nr 27 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 46) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższych danych technicznych systemu ważącego:

- Automatyczne tarowanie
- Funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
- Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta
- Wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500g
- Zakres ważenia 0,1 kg - 265 kg
- Przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”
- System pomiaru masy ciała pacjenta i jego parametry z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizyzerem?

Odpowiedź na pytanie nr 28 : Zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 47) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez sterownika nożnego do regulacji wysokości?

Odpowiedź na pytanie nr 29 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 30 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 47) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w miejsca (wycięte w leżu otwory) dedykowane do montowania pasów – 6 miejsc?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź na pytanie nr 30 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 31 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 52) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca trzywarstwowego z zastosowaniem trzech rodzajów pianek: dolna warstwa z pianki poliuretanowej o gęstości 38 kg/m³ i wysokości 8 cm, środkowa warstwa z pianki poliuretanowej o gęstości 42 kg/m³ i wysokości 4 cm, górna warstwa z pianki wysokoelastycznej o gęstości 50 kg/m³ i wysokości 4 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 31 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 32 - Dotyczy: Pakiet nr 1 - Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą oraz materacem – 7 kpl. Czy (w pkt. 58) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca z powierzchnią antyalergiczną (zamiast zapobiegającej namnażaniu się bakterii i wirusów)?

Odpowiedź na pytanie nr 32 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 33 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 1 Zasilanie- napięcie 230 V, 50 Hz, W standardzie jeden kabel zabezpieczony przed przycięciem po przez prawidłowe umiejscowienie na haczyku przypiętym do panelu wezgiłowia Łóżko zasilane dzięki 1 kablowi zasilającemu.

Odpowiedź na pytanie nr 33 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 2 Dodatkowe gniazdo zasilania zlokalizowane od strony nożnej umożliwiające podłączenie sprzętu elektrycznego klasy szpitalnej pobierający do 4 A

Odpowiedź na pytanie nr 34 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 3 Wbudowany jeden akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu, oraz do napędu automatycznego – asystenta jazdy.

Odpowiedź na pytanie nr 35 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 4 Długość zewnętrzna z pompą 2300 mm z możliwością przedłużenia do 2420 mm (przedłużenie łóżka o 12 cm)

Odpowiedź na pytanie nr 36 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 - Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 5 Szerokość zewnętrzna łóżka 1030mm przy opuszczonych i podniesionych barierkach

Odpowiedź na pytanie nr 37 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o

dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodleżynowym posiadającym:

Ad. 6 Prześwit pod łóżkiem 183 mm przy kołach 150 mm

Odpowiedź na pytanie nr 38 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 - Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodleżynowym posiadającym:

Ad. 7 Wysokość najniższej bezpiecznej pozycji leża 36cm przy kołach 150mm

Odpowiedź na pytanie nr 39 : Tak, Zamawiający dopuszcza ≤ 36cm.

Pytanie nr 40 - Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodleżynowym posiadającym:

Ad. 8 Łóżko wyposażone w asystenta jazdy, który służy do ułatwiania przemieszczania łóżek podczas transportu pacjenta, aktywowany poprzez pedał hamulca łóżka, umożliwiający jazdę do 5 km/h na dystansie do 5000m. Informacja świetlna pod łóżkiem informująca o uruchomieniu funkcji oraz zabezpieczenie w postaci wyłączników awaryjnych dostępnych 2 rogach łóżka (1 z przodu i 1 z tyłu)

Odpowiedź na pytanie nr 40 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodleżynowym posiadającym:

Ad. 9 Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową. Leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome. Panele wytrzymałe, Leże wypełnione płaskimi płytami tworzywowymi, łatwymi do utrzymania w czystości i dezynfekcji

Odpowiedź na pytanie nr 41: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodleżynowym posiadającym:

Ad. 10 Panel użytkownika obsługiwany przy pomocy przycisków membranowych. Na panelu sterowania opiekuna znajdują się wskaźniki podłączenia do prądu, wskaźnik stanu baterii, wskaźnik systemu antyzakleszczeniowego oraz przyciski do regulacji pozycji leża, pozycja CPR, blokada funkcji. Alarm pozycji zejścia z łóżka widoczny na panelu wagi.

Odpowiedź na pytanie nr 42 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 11 Trzy ruchome panele leża (panel podparcia pleców, ud i podudzi) z zastosowaniem elektrycznej obsługi oparcia pleców z autoregresją

Odpowiedź na pytanie nr 43 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 12 Konstrukcja segmentu pleców w leżu umożliwiająca jednoczesne podniesienie oraz cofnięcie segmentu w tył o 8 cm, w celu zabezpieczenia przed zmiażdżeniem materaca i zsuwaniem się pacjenta w dół leża.

Odpowiedź na pytanie nr 44 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 13 Łóżko wyposażone w system wykrywania ruchów pacjenta z płynną regulacją czułości wraz z graficznym przedstawieniem wybranej czułości wykrywania ruchów

Odpowiedź na pytanie nr 45 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 14 System alarmów ruchu/zejścia pacjenta z łóżka oparty o 4 czujniki tensometryczne wbudowane w ramę łóżka

Odpowiedź na pytanie nr 46 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 15 Odwoływanie alarmów dot. ruchów pacjenta po przez przyciśnięcie przycisków ruchów pacjenta lub wyjścia pacjenta. Odwoływanie alarmów z panelu pompy od strony nóg przez przyciśnięcie dedykowanego przycisku.

Odpowiedź na pytanie nr 47 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 16 Łóżko z funkcją monitorowania konfiguracji przy pomocy: wskaźnika opuszczenia bocznej poręczy, wskaźnikiem kąta Fowlera, wskaźnika alarmu dotyczący systemu alarmowego Systemu terapeutycznego, kontrolki do regulacji ciśnienia powietrza

Odpowiedź na pytanie nr 48 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 - Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 17 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu nie posiadającego w barierce od strony głowy uchwytu na smartfon oraz wbudowany w uchwyt port USB do ładowania urządzeń pacjenta

Odpowiedź na pytanie nr 49 : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 50 - Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 18 Automatyczne wykrywanie ruchów pacjenta na łóżku sygnalizowane dźwiękowo

Odpowiedź na pytanie nr 50 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 20 Pompa zintegrowana z ramą leża

Odpowiedź na pytanie nr 51 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 23 W celu zapewnienia pełnego dostępu do pacjenta panel wezglowia jest z przeznaczony do usunięcia z łóżka (bez użycia narzędzi).

Odpowiedź na pytanie nr 52 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o

dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 24 Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu medycznego zintegrowane na stałe z barierką boczną oraz sterowanie przy pomocy panelu na pompie tzw. panelu sterowania systemem terapeutycznym

Odpowiedź na pytanie nr 53 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 25 Elektryczna regulacja wysokości platformy leża w zakresie 36 – 80 cm przy kołach 150mm

Odpowiedź na pytanie nr 54 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu bez wskaźnika położenia leża

Odpowiedź na pytanie nr 55 : Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 56 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 27 Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie min. 0-62

Odpowiedź na pytanie nr 56 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 29 Regulacja elektryczna segmentu uda 0-20

Odpowiedź na pytanie nr 57 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 30 Manualna funkcja CPR w postaci dźwigni opisanej kolorem czerwonym zlokalizowana pod segmentem podparcia łydek po obydwu stronach łóżka, Dźwignia omijająca wszelkie blokady sterowania i jednym ruchem wypłaszczająca segment podparcia pleców

Odpowiedź na pytanie nr 58 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 31 Regulacja do pozycji uniesienia nóg następuje w 2 krokach. Dedykowany przycisk do podniesienia segmentu podparcia ud do pozycji poziomej. Uniesienie łydek następuje manualnie po uniesieniu segmentu łydek do pozycji poziomej

Odpowiedź na pytanie nr 59 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 32 Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga do 12 stopni regulowana z panelu bocznego wbudowanego w barierki. Bieżący stopień nachylenia wyświetlany na wskaźniku wagi.

Odpowiedź na pytanie nr 60 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 33 Regulacja elektryczna pozycji AntyTrendelenburga do 12 stopni regulowana z panelu bocznego wbudowanego w barierki. Bieżący stopień nachylenia wyświetlany na wskaźniku wagi.

Odpowiedź na pytanie nr 61 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 34 Wypłaszczenie leża przy pomocy dedykowanych przycisków segmentu pleców oraz nóg przy jednoczesnym wyświetlaniu stopni nachylenia na wyświetlaczu wagi. Przyciski do regulacji znajdują się na panelu wbudowanym w barierki boczne.

Odpowiedź na pytanie nr 62 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z

prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 35 Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego –sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku (krzesło automatyczne) wbudowany w barierki boczne od strony zewnętrznej

Odpowiedź na pytanie nr 63 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 36 Czas wypoziomowania łóżka od max wychylenia oparcia pleców do wypoziomowania 22 sekundy. Czas wypoziomowania łóżka z pełnej pozycji krzesła kardiologicznego przy użyciu CPR - 16 sekund

Odpowiedź na pytanie nr 64 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 37 Możliwość uzyskania pozycji ułatwiającej wyjście (w 2 lub 3 krokach) po przez wypoziomowanie leża, obniżenie, leża oraz zastosowanie rozwiązania ułatwiającego pacjentowi wyjście po przez naciśnięcie na pompie jednego przycisku – deflacji komory na wysokości bioder – pozycja wyjściowa

Odpowiedź na pytanie nr 65 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 39 Długość każdej z barierki sekcji głowy 61 cm, długość każdej z barierki sekcji nożnej 110 cm. Wytrzymałość na obciążenie 49,9 kg oraz 74,84 kg

Odpowiedź na pytanie nr 66 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 40 Blokady funkcji elektrycznych na panelu bocznym wbudowanym w barierki:

- kąt oparcia pleców
- segment podparcia ud
- segment podparcia łydek
- Trendelenburg
- Odwrócony Trendelenburg
- CPR nie posiada blokady

Odpowiedź na pytanie nr 67 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 41 Wbudowana waga z opcjami:

- Zerowanie/tarowanie wagi
- Wykrywanie- ruchów pacjenta
- Pomiar masy ciała pacjenta
- Dodawanie/usuwanie przedmiotów bez wpływu na odczyt wagi pacjenta
- bez zapisywania wyniku pomiaru
- wybór trybu wyświetlania masy

Odpowiedź na pytanie nr 68 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 - Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 42 Interfejs wagi dostępny na panelu wagi wbudowany w barierki po obydwu stronach łóżka posiada funkcje: zerowania, autokompensacji, ważenia, wybór trybu wyświetlania masy, system wykrywania ruchów/nieobecności pacjenta, funkcja wyciszenia alarmu. Możliwość pomiaru i wyświetlenia masy ciała z dokładnością do 100g

Odpowiedź na pytanie nr 69 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 43 W celu zważenia pacjenta zalecane ułożenie pacjenta na środku łóżka.

Odpowiedź na pytanie nr 70 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodrożynowym posiadającym:

Ad. 44 Łóżko wyposażone w pedał (przy każdym kole) do uruchamiania centralnego hamulca, swobodnej jazdy oraz uruchamiania koła sterującego do jazdy w linii prostej

Odpowiedź na pytanie nr 71 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z

prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez alarmu niezaciągniętego hamulca
Odpowiedź na pytanie nr 72 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 - Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 46 Łóżko wyposażone w pedał (przy każdym kole) do uruchamiania centralnego hamulca, swobodnej jazdy oraz uruchamiania asystenta jazdy (po przez ustawienie hamulca centralnego w pozycji najwyższej - pionowej).

Odpowiedź na pytanie nr 73 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 48 Łóżko wyposażone w składane barierki dzielone zintegrowane ze sterowaniem segmentami łóżka.

Odpowiedź na pytanie nr 74 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 49 Wysokość barierki od powierzchni leża 47 cm

Odpowiedź na pytanie nr 75 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 50 Barierki zwalniane i opuszczane wszerek leża – mała odległość wysunięcia barierki przy jej składaniu daje możliwość ruchów w wąskiej przestrzeni.

Odpowiedź na pytanie nr 76 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 - Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 51 Barierki tworzywowe, obłe na całej długości i szerokości – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych, barierki poruszające się wraz ze zmianą kąta nachylenia leża. Barierki zabezpieczające na $\frac{3}{4}$ długości leża.

Odpowiedź na pytanie nr 77 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 52 Cztery odbojniki umieszczone z w narożnikach łóżka zabezpieczające łóżko przed uderzeniami

Odpowiedź na pytanie nr 78 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 53 Materac jest utrzymywany stabilnie na leżu i ogranicza ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi po przez zabezpieczenie materaca w ramie leża – rama stabilizująca materac

Odpowiedź na pytanie nr 79 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 80 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 54 Stałe obustronne podświetlenie nocne jednokolorowe, ułatwiające pacjentowi opuszczenie łóżka – zmniejszające ryzyko urazu

Odpowiedź na pytanie nr 80 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 55 Dwa montowane na stałe uchwyty na worki urologiczne, każdy z 2 haczykami, umiejscowione z obu stron leża, udźwig każdego uchwytu 5 kg

Odpowiedź na pytanie nr 81 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82 -Pakiet nr 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem – 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferowanych rozwiązań, które w znaczący sposób nie odbiegają od opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z łóżkiem oraz materacem przeciwodłęzynowym posiadającym:

Ad. 60 Materac - powierzchnia terapeutyczna zintegrowana z ramą łóżka, Przewody powietrzne materaca podłączone bezpośrednio do ramy łóżka. Materac z możliwością przedłużenia, poprzez nadmuchiwaną poduszkę w segmencie nóg uruchamianą za pomocą dwóch złączy powietrznych. Funkcja spuszczenia powietrza z siedziska, zmniejszająca ciśnienie w części podparcia tułowia w celu ułatwienia schodzenia z łóżka Funkcja spuszczenia części powietrza z wezłowia ułatwiająca intubację. Opcja obracania oraz ciągłej programowalnej rotacji bocznej pacjenta. Funkcje obracania i rotacji dostępne z dwóch, oddzielnych zestawów przycisków. Ciągła rotacja boczna z opcją ustawiania czasu w interwałach 2,8,15 oraz 30 minut.

- prosty wieszak infuzyjny z regulacją wysokości z 2 haczykami – każdy haczyk udźwig do 5 kg
- uchwyt na butlę z tlenem – montowany w tulejach naroży łóżka dostępny w 3 rozmiarach do wyboru

Odpowiedź na pytanie nr 82 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83 –Pakiet nr 2 Czy Zamawiający w celu łatwego manewrowania wysokością łóżka podczas czynności opiekuńczo pielęgnacyjnych wymaga aby łóżko było wyposażone w pedał nożny do regulacji wysokości zabezpieczony przed przypadkowym naciśnięciem?

Odpowiedź na pytanie nr 83 : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 84 - Pakiet nr 2 Czy Zamawiający wymaga zwiększonego udźwigu łóżka o bezpiecznym obciążeniu roboczym 270 kg?

Odpowiedź na pytanie nr 84 : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 85 - Pakiet nr 2 Czy Zamawiający w celu zabezpieczenia pacjentów wysokich wymaga aby materac posiadał możliwość przedłużenia, poprzez nadmuchiwaną poduszkę w segmencie nóg uruchamianą za pomocą złączy powietrznych?

Odpowiedź na pytanie nr 85 : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 86 - Pakiet nr 2 Czy Zamawiający wymaga aby materac był wyposażony w rękaw rentgenowski umożliwiający umieszczenie kasety do prześwietleń pod pacjentem?

Odpowiedź na pytanie nr 86 : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 87 - Załącznik nr 3 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) Paragraf 6 ust. 1. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o zmianę terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka”. Zasadą prawa zamówień publicznych jest odpowiedzialność wykonawcy za zwłokę, a nie za opóźnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 87 : Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy opóźnienie będzie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 88 – Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne łóżko o poniższych parametrach (7 kpl.)

Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w 8 punktach gwarantująca stabilność leża
Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia.
Długość całkowita: 2190 mm Szerokość całkowita 1038 mm
Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem 17 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych
W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.
Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.
Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu.

Autoregresja segmentu oparcia pleców 10 cm
W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezłowania wysięgnika z uchwytem do ręki
<p>Sterowanie funkcjami łóżka: Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta , umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezłowania, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy.</p> <p>Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15⁰,30⁰, 45⁰ za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów.</p> <p>Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD</p> <p>Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji.</p> <p>Dodatkowo pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji)</p> <p>Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek</p> <p>Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.</p>
<p>Elektryczne regulacje:</p> <p>Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 350 mm do 910 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - segment oparcia pleców od 0 do 70 stopni - segment uda od 0 do 40 stopni - pozycja Trendlenburga od 0 do 14 stopni - pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni <p>Zakres regulacji wysokości leża góra/dół 560mm</p> <p>Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża</p>
Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
<p>Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną grubości 8mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję ze stali nierdzewnej integrują części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV.</p> <p>Możliwość wyboru płyty kolorystycznej 10 kolorów w tym 3 drewnopodobne.</p> <p>Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkolistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52.</p> <p>Opuszczanie oraz podnoszenie barierki bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatycznie.</p> <p>Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.</p> <p>Wysokość barierki bocznych zabezpieczająca pacjenta 41 cm.</p> <p>Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w 6 kolorach.</p> <p>Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta.</p> <p>Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierki bocznych.</p> <p>Barierki zabezpieczające na całej długości</p>
Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny.
<p>Przedłużenie leża 28 cm.</p> <p>Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża</p>
4 uchwyty stabilizujące materac
Koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.
Bezpieczne obciążenie robocze 260 kg.
Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6
<p>Elementy wyposażenia łóżek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wieszak kroplówki • Materac - materac przeciwoleżynowy (do pierwszego stopnia odleżyn) pasywny w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 15 cm, przeciwoleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewnia redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek:

25kg/m³ – warstwa górna, 28/kg/m³ – warstwa dolna. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek

- Sterownik nożny
- Uchwyty do mocowania pasów
- Tunel na kasetę RTG pod segmentem oparcia pleców
- Materac wydłużający leże

Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta.

Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, posiada świadectwo OMIL.

Cechy szczególne:

Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy 2,4". Możliwość ustawienia języków menu.

Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętych łóżku, bez wpływu na wynik ważenia

Dokładność ważenia: 100g-200 g

Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku

Funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi może być sygnalizowana optycznie i 3-stopniowo akustycznie.

Możliwość ustawienia cykli 1sek, 10sek, 30sek, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min.

Odpowiedź na pytanie nr 88 : Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 89 – Pakiet nr 2 - Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne łóżko o poniższych parametrach (2 kpl.)

Lp.	Opis parametrów wymaganych
1.	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli, łatwa w utrzymaniu higieny.
	Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 Łóżko przystosowane do mycia w myjni automatycznej.
2.	Wymiary zewnętrzne: – długość 2186 mm – szerokość 1038 mm – wymiar leża 900 mm x 2000 mm
3.	Przedłużenie leża 28 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka.
4.	W narożnikach leża 4 krążki stożkowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezglowia krążki dwuosiowe.
5.	Szyny nierdzewne mocowane po bokach łóżka na 60% długości leża oraz w szczycie łóżka od strony głowy.
6.	Możliwość wyboru szczytu: Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża z możliwością blokady na czas transportu za pomocą dwóch suwaków (zarówno od strony głowy jak i stóp) wypełnione płytą dwustronnie laminowaną o grubości min. 8mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego pionowe słupki wykonane z aluminium łączy uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Możliwość wyboru płyty kolorystycznej 10 kolorów w tym 3 drewnopodobne. Lub Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione klejką kolorystyczną dostępną w 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki.
8.	Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezglowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG Wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów.
10.	Elektryczne regulacje: segmentu oparcia pleców 0-70° segmentu uda 0- 40° poz. Trendelenburga 0-16° poz. Anty-Trendelenburga 0-18° wysokości leża w zakresie od 450mm-840mm przechyły boczne leża – 25°
11.	Segment oparcia pleców z autoregresją 10 cm
12.	Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym
13.	Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania - CPR.
	W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kropłówki oraz w części wezglowia wysięgnika z uchwytem do ręki
	4 uchwyty stabilizujące materac zlokalizowane od strony głowy oraz nóg pacjenta.
14.	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka bateria litowo-jonowa.

	<p>Łóżko wyposażone w sterowanie nożne: - przechyły boczne i regulacja wysokości</p>
	<p>Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierki</p>
	<p>Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji</p>
	<p>Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta , umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda.</p> <p>Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierki, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy.</p> <p>Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15⁰, 30⁰, 45⁰ za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów.</p> <p>Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD</p>
16.	Zasilanie elektryczne 220-240V/50Hz
17.	Obciążenie robocze 260 kg
	Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny.
18.	<p>Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52.</p> <p>Opuszczanie oraz podnoszenie barierki bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomaganie pneumatyczne.</p> <p>Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.</p> <p>Wysokość barierki bocznych zabezpieczająca pacjenta 40 cm.</p> <p>Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wkładką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach.</p> <p>Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta.</p> <p>Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierki bocznych.</p> <p>Barierki zabezpieczające na całej długości</p>
19.	<p>Koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany 4 dźwigniami od strony nóg oraz głowy pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.</p> <p>Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół.</p>
	<p>Elementy wyposażenia łóżek:</p> <p>Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta.</p> <p>Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, posiada świadectwo OMIL.</p> <p>Cechy szczególne:</p> <p>Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenia na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy 2,4". Możliwość ustawienia języków menu.</p> <p>Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętych łóżku, bez wpływu na wynik ważenia</p> <p>Dokładność ważenia: 100g-200 g</p> <p>Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku</p> <p>Funkcja alarmująca o nieobecności pacjenta w łóżku: Przy podłączeniu do sieci nagła utrata wagi powyżej 50 % wartości pomiaru wagi może być sygnalizowana optycznie.</p> <p>Możliwość ustawienia cykli 1sek, 10sek, 30sek, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 45min, 60min.</p>
20.	<p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta • Materac zmiennociśnieniowy z pompą • Wieszak kroplówki • Uchwyt na butlę z tlenem

Odpowiedź na pytanie nr 89 : Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy łóżka OIOM wyposażonego w jeden prosty, elektryczny przewód zasilający z możliwością jego zwinięcia i ułożenia na czas transportu na półce usytuowanej przed szczytem górnym łóżka.

Odpowiedź na pytanie nr 90 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.2: Mając na uwadze, iż oferowane łóżko wyposażone będzie w przeciwoślizgowy, powietrzny materac zintegrowany, zasilany tym samym przewodem elektrycznym co łóżko prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dodatkowego gniazda elektrycznego w szczycie dolnym (nożnym) łóżka.

Odpowiedź na pytanie nr 91 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.3: Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez łóżko dodatkowego akumulatora zasilającego napęd automatyczny w związku z faktem, iż mobilność oferowanego łóżka pozwala na jego swobodne przemieszczanie wraz z pacjentem bez wsparcia dodatkowych systemów automatycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 92 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt. 4: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka o długości 2235mm przy zachowaniu standardowych wymiarów leża 2000 mm x 900 mm z możliwością jego elektrycznego przedłużenia o 250 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 93 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt. 5: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka o stałej szerokości 1029 mm bez względu na to czy barierki boczne są podniesione czy też opuszczone.

Odpowiedź na pytanie nr 94 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt. 6: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka w którym prześwit pod ramą bez elektrycznego napędu wynosi 109 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 95 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem dot. pkt. 7: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka, którego najniższa bezpieczna wysokość leża wynosi 419,1 mm co jest wartością wystarczającą dla odpowiedniego zabezpieczenia pacjentów zarówno dorosłych jak i pediatrycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 96 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.8: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w opuszczane elektrycznie piąte koło wspomagające pasywnie manewrowość i mobilność łóżka pozwalając na wygodne przemieszczanie go wraz z pacjentem przez dwie osoby personelu medycznego co jest wymogiem koniecznym dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa chorego podczas transportu.

Odpowiedź na pytanie nr 97 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.8: W przypadku konieczności zaoferowania elektrycznego napędu automatycznego prosimy o dopuszczenie do postępowania

łóżka wyposażonego w napęd adaptacyjny, który dopasowuje prędkość łóżka do prędkości marszu operatora bez konieczności operowania manetką.

Odpowiedź na pytanie nr 98 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.9: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w panele wypełniające segmenty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego łatwego w czyszczeniu i dezynfekcji.

Odpowiedź na pytanie nr 99 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 100 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.10: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w sterowniki personelu umieszczone na zewnętrznych stronach barierki bocznej pozwalające na sterowanie wszystkimi elektrycznymi funkcjami poruszania leża oraz jego segmentów za pomocą przycisków membranowych, kolorowe panele dotykowe odpowiedzialne za sterowanie funkcjami materaca, wagi oraz alarmów i wbudowane od wewnętrznej strony barierki bocznej przyciski membranowe dla pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 100 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 101 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.11: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w zintegrowany materac powietrzny zabezpieczający pacjenta przed zakleszczeniem lub powstaniem jakiegokolwiek urazu pacjenta bądź uszkodzenia materaca podczas podnoszenia segmentu oparcia.

Odpowiedź na pytanie nr 101 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 102 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.12: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w automatyczną funkcję Autokontur, która zabezpiecza pacjenta przed zsuwaniem się w dół leża oraz zintegrowany materac przed uszkodzeniem podczas regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia.

Odpowiedź na pytanie nr 102 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.13: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w trójstopniowy alarm wyjścia pacjenta z łóżka działający skutecznie bez względu na ułożenie pacjenta oraz ustawienie ruchomych segmentów leża.

Odpowiedź na pytanie nr 103 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 104 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.15: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w możliwość odwoływania alarmu za pomocą odpowiedniego, wyraźnie oznaczonego pola dotykowego na kolorowym ekranie LCD wbudowanym po obu stronach łóżka w barierki boczne.

Odpowiedź na pytanie nr 104 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 105 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.16: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w graficzny indykator najniższej pozycji leża, alarm zmiany kąta nachylenia segmentu oparcia poniżej 45° lub 30°, oraz graficzną informację o opuszczonych barierkach wyświetlaną na kolorowych ekranach LCD podczas regulowania ustawień leża mogących w tej sytuacji zagrozić bezpieczeństwu pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 105 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.17: Prosimy o rezygnację z wymogu posiadania przez łóżko zintegrowanego z górną barierką uchwytu na smartfon oraz

wbudowanego gniazda ładowania USB, gdyż wymóg ten jednoznacznie wskazuje na produkt jednego, konkretnego producenta, a zatem uniemożliwia złożenie oferty innym podmiotom.

Odpowiedź na pytanie nr 106 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.18: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w możliwość włączenia dźwiękowego i wizualnego alarmu uruchamianego w momencie, gdy pacjent nie znajduje się na łóżku.

Odpowiedź na pytanie nr 107 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.20: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka z materacem zintegrowanym, bez uchwyty na szczycie dolnym. Maksymalny udźwig szczytu dolnego wynosi zaś 68kg.

Odpowiedź na pytanie nr 108 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.23: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w niewielki i lekki szczyt górny, zdejmowany jednym ruchem ręki i pozwalający na idealny dostęp do pacjenta w przypadku intubacji lub czynności reanimacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 109 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.24: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w panele dotykowe jak i panele z przyciskami membranowymi umiejscowione wyłącznie na barierkach bocznych.

Odpowiedź na pytanie nr 110 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 111 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.25: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka pozwalającego na płynną regulację wysokości leża w zakresie 419,1 mm – 906,8mm co gwarantuje zarówno bezpieczeństwo pacjenta jak i komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź na pytanie nr 111 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.26: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w indykatory najniższej pozycji leża w postaci pomarańczowej diody na sterowniku z przyciskami membranowymi oraz zielonego wskaźnika na panelach dotykowych LCD wbudowanych w barierki boczne.

Odpowiedź na pytanie nr 112 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 113 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.30: Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego wyłącznie w dźwignię nożną CPR oznaczoną kolorem czerwonym i dostępną z obu stron łóżka, której użycie powoduje jednoczesne wypoziomowanie segmentu pleców, podniesienie segmentu nóg jeśli był opuszczony oraz napompowanie materaca do P-Max.

Odpowiedź na pytanie nr 113 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.31: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka, w którym uzyskanie opisanej pozycji naczyniowej wymaga użycia maksymalnie 2 przycisków zlokalizowanych na tych samych panelach wbudowanych w barierki boczne.

Odpowiedź na pytanie nr 114 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.32: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka, z indykacją kąta nachylenia wyłącznie na panelach LCD wbudowanych w barierki boczne.

Odpowiedź na pytanie nr 115 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 116 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.33: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka pozwalającego na uzyskanie maksymalnie kąta 18° w pozycji antyTrendelenburga i indyktor wskazujący wartość wychylenia wyłącznie na panelach LCD wbudowanych w barierki boczne. Mając pełną kontrolę nad stopniem wychylenia personel jest w stanie sam ocenić, jaki kąt zagraża bezpieczeństwu pacjenta, a jaki pozwoli skutecznie rozpocząć procedurę wczesnej mobilizacji i pionizacji pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 116 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.34: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego indykatory wychylenia wyświetlane wyłącznie na panelach LCD wbudowanych w barierki boczne.

Odpowiedź na pytanie nr 117 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 118 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.36: Określenie maksymalnego czasu trwania poziomowania leża za pomocą dedykowanego klawisza w jednoznaczny sposób wskazuje na łóżko jednego, konkretnego producenta uniemożliwiając złożenie oferty innym podmiotom. Prosimy o rezygnację z wymogu określonego czasu lub przyjęcie jako wartości granicznej 30sek.

Odpowiedź na pytanie nr 118 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.37: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka oferującego możliwość wczesnej mobilizacji i pionizacji pacjenta z pozycji fotela przez szczyt dolny, realizowanej za pomocą jednego przycisku bez obligatoryjnej dezaktywacji alarmu opuszczenia łóżka przez pacjenta. Personel podczas mobilizacji pacjenta może w prosty sposób, jednym ruchem zawiesić bądź wyłączyć alarm.

Odpowiedź na pytanie nr 119 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.39: Ponieważ funkcjonalność i bezpieczeństwo pacjenta dla barierki bocznych w łóżkach szpitalnych określa jednoznacznie norma EC 60601-1 prosimy o dopuszczenie do postępowania każdego łóżka wyposażonego w barierki spełniające wyżej wymienioną normę.

Odpowiedź na pytanie nr 120 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.40: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w selektywną blokadę funkcji elektrycznych, pozwalającą na blokowanie:

- regulacji wysokości leża
- regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia
- regulacji kąta nachylenia segmentu uda
- regulacji kąta nachylenia segmentu podudzia
- regulacji elektrycznej długości leża

Odpowiedź na pytanie nr 121 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.41: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w system ważenia informujący o obiektywnie zbyt dużej różnicy pomiędzy dwoma następującymi po sobie pomiarami masy ciała pacjenta oraz wskazujący masę ciała w kilogramach oraz gramach z dokładnością do 100g.

Odpowiedź na pytanie nr 122 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.42: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w system ważenia pozwalający na zapisywanie poszczególnych pomiarów masy ciała pacjenta, kreślenie trendu ich zmian w czasie, wyświetlanie co najmniej 21 pomiarów oraz możliwość obliczania wskaźnika BMI.

Odpowiedź na pytanie nr 123 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 124 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.43: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka, którego wysokiej klasy legalizowany system ważenia pozwala na ważenie i zapisywanie wagi pacjenta w każdym jego ułożeniu i ustawieniu segmentów oraz ramy leża. W niektórych przypadkach łóżko może zasygnalizować brak ustawienia leża w zalecanej pozycji, co jednak nie stanowi podstawy do poddawania wyniku pomiaru w wątpliwość, gdyż pozycja zalecana nie jest jednoznaczna z pozycją wymaganą.

Odpowiedź na pytanie nr 124 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.44: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w mechaniczny system hamulcowy wszystkich 4 kół, który pozwala na skuteczne unieruchomienie łóżka w każdych warunkach.

Odpowiedź na pytanie nr 125 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 126 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.45: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka, które informuje sygnałem dźwiękowym brak uruchomienia hamulca po podłączeniu łóżka do gniazda zasilania.

Odpowiedź na pytanie nr 126 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.46: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka w którym dźwignia hamulca oznaczona jest kolorem pomarańczowym.

Odpowiedź na pytanie nr 127 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 128 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.47: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego we wszystkie koła antystatyczne, pojedyncze o średnicy 152mm zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczeń i z ukrytą osią obrotu gwarantujące doskonałą mobilność i manewrowość łóżka.

Odpowiedź na pytanie nr 128 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.48: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w bariereki boczne spełniające normę EC 60601-1, samoblokujące się w dwóch pozycjach – podniesionej i opuszczonej, umożliwiające wygodne podparcie pacjentowi podczas wstawania z łóżka z pozycji fotela przez szczyt dolny lub przez boczną krawędź leża.

Odpowiedź na pytanie nr 129 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.49: Prosimy o dopuszczenie do

postępowania łóżka wyposażonego w barierki boczne o wysokości 432 mm co jest wartością nieznacznie mniejszą od wymaganej.

Odpowiedź na pytanie nr 130 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 131 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.50: Prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżka wyposażonego w barierki spełniające normę EC 60601-1, zwalniane wszerz leża, pozwalające na swobodne opuszczanie nawet w wąskiej przestrzeni ze względu na praktycznie pionowe, amortyzowane opadanie.

Odpowiedź na pytanie nr 131 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 132 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.51: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w dzielone, tworzywowe barierki spełniające normę EC 60601-1 zabezpieczające pacjenta na długości 3/4 całkowitej długości leża.

Odpowiedź na pytanie nr 132 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 133 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.52: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w 4 krążki odbojowe w narożnikach leża, co jest ogólnie przyjętym standardem w łóżkach szpitalnych.

Odpowiedź na pytanie nr 133 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 134 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem dot. pkt.53: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w materac zintegrowany, mocowany do leża za pomocą 4 zaczepów kulistych co skutecznie unieruchamia materac uniemożliwiając jego przesuwanie po powierzchni leża.

Odpowiedź na pytanie nr 134 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 135 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.54: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w stałe oświetlenie nocne w kolorze bursztynowym, praktycznie niewidoczne w dzień oraz umiejscowione tak, aby nie przeszkadzać pacjentom na sąsiadujących łóżkach w nocy.

Odpowiedź na pytanie nr 135 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 136 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.55: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w 2 haczyki na worki na płyny fizjologiczne, po jednym z każdej strony leża zaprojektowane tak, aby nie zakłócać pomiarów masy ciała pacjenta. Oprócz tego łóżko oferuje szereg miejsc na ramie i barierkach do zawieszania worków na płyny fizjologiczne.

Odpowiedź na pytanie nr 136 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 137 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.57: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w zintegrowany regulowany statyw infuzyjny w szczycie górnym oraz 3 niezależne gniazda mocowania masztów na wyposażenie dodatkowe umiejscowione w narożnikach szczytu górnego.

Odpowiedź na pytanie nr 137 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 138 –DOT. PAKIET NR 2 Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechylami bocznymi oraz napędem - dot. pkt.60: Prosimy o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności łóżka wyposażonego w zintegrowany materac powietrzny zapewniający profilaktykę odleżyn do IV stopnia, w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym, umożliwiającymi wykonanie przechyłów bocznych z poziomu materaca, z

opcją wentylacji – odprowadzenia nadmiaru ciepła i wilgoci spod pacjenta. Wyposażonym także w składany, regulowany statyw infuzyjny z 4 hakami w szczycie górnym oraz 2 uniwersalne uchwyty na butle z tlenem i powietrzem

Odpowiedź na pytanie nr 138 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 139 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści zasilanie (230V 50 Hz) w postaci jednego kabla zasilającego łóżko i akumulator i tym samym zrezygnuje z zapisu w pkt. 2 ? Zasilanie z sygnalizacją diodową na panelu centralnym i sterownikach wbudowanych w barierki boczne informujące o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Łóżko wyposażone w 2 akumulatory.

Odpowiedź na pytanie nr139: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 140 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 3 i 8 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez napędu automatycznego, posiadające dwa akumulatory (do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu) i dodatkowe piąte koło kierunkowe ułatwiające przemieszczanie łóżka i manewrowanie nim z funkcją automatycznego podnoszenia się po podłączeniu łóżka do prądu?

Odpowiedź na pytanie nr 140: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści długość zewnętrzną łóżka 2190 mm z możliwością przedłużenia leża o 22cm?

Odpowiedź na pytanie nr 141 : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 142 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym prześwit pod łóżkiem w najwyższym punkcie (w każdej pozycji i ustawieniach wysokości) wynosi 11,3cm?

Odpowiedź na pytanie nr 142: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 143 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści wysokość najniższej bezpiecznej pozycji leża 43,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 143: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 144 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami leża wypełnionymi panelami z tworzywa polipropylenowego, segment pleców z HPL przezierny dla promieni RTG, segment siedzenia ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź na pytanie nr 144: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 10 i 24 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w interfejs użytkownika zlokalizowany w barierkach bocznych po obu stronach łóżka(m.in. waga, sterowanie pozycjami leża, alarmy). Interfejs składa się z przycisków membranowych i wyświetlacza LCD do wyświetlania masy ciała pacjenta, informacji o przeciążeniu łóżka czy kącie nachylenia segmentu pleców, nachylenie leża, przechyłów bocznych? Dodatkowo łóżko sterowane za pomocą 4 sterowników nożnych, umieszczonych po obu stronach łóżka do regulacji wysokości oraz przechyłów bocznych leża , centralnego panelu sterowania znajdującego się na szczycie nóg łóżka sterującego wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka wraz z selektywną blokadą funkcji, paneli sterujących dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami umieszczonymi od wewnętrznej strony barierki bocznej po obu stronach , łącznie w łóżku 5 paneli

do sterowania funkcjami i 4 sterowniki nożne do regulacji wysokości oraz przechyłów bocznych leża?

Odpowiedź na pytanie nr 145: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 146 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez kolorowych wskaźników świetlnych Led opisanych w pkt. 10?

Odpowiedz na pytanie nr 146: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 147 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 11 i 12 Czy Zamawiający dopuści funkcję autoregresji segmentu pleców 7,4cm oraz uda 4cm, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4? Autoregresja segmentu pleców i uda zapewnia komfort pacjentom podczas regulacji segmentu pleców i uda oraz ogranicza powstawanie odleżyn na skutek sił tarcia, zapobiega zsuwaniu pacjenta się w dół oraz zakleszczeniu się pacjenta i /lub materaca.

Odpowiedź na pytanie nr 147: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 148 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem sygnalizacji wyjścia pacjenta z łóżka tzw. alarm opuszczenia łóżka bez regulacji jego czułości. System, który jest w oferowanym łóżku jest optymalnie dobrany bez konieczności dodatkowej regulacji. Posiada funkcje włączenia i wyłączenia tego alarmu. Dodatkowo system wyposażony jest w dwa tryby nadmiernego poruszania się na łóżku przez pacjenta oraz tryb opuszczenia łóżka przez pacjenta. Regulacja głośności alarmu w minimum 3 poziomach.

Odpowiedź na pytanie nr 148: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 149 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 14 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 14 ? W zależności od konstrukcji łóżka (ramiona wznoszące, pantograf, kolumny) ilość czujników będzie inna co nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonalność alarmów.

Odpowiedź na pytanie nr 149: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 150 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści wyłączenie alarmów poprzez wciśnięcie dedykowanego przycisku do wyłączenia alarmów na panelu wbudowanym w obie barierki boczne?

Odpowiedź na pytanie nr 150: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 151 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 16 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 16 ?

Odpowiedź na pytanie nr 151: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 152 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści złącze USB umieszczone po obydwóch stronach oparcia, łóżko bez uchwytu na smartfon?

Odpowiedź na pytanie nr 152 Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 153 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 18 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 18 ?

Odpowiedź na pytanie nr 153: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 154 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze 250 kg, max. waga pacjenta 185kg?

Odpowiedź na pytanie nr 154: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 155 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 20 i 60 Czy Zamawiający dopuści uchwyt na pompę montowany na szczyt od strony głowy bez użycia narzędzi, odcinany, o udźwigu max. 15kg, uchwyt w jednym rozmiarze?

Odpowiedź na pytanie nr 155: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 156 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści w celach bezpieczeństwa możliwość blokowania/odblokowywania szczytów za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu?

Odpowiedź na pytanie nr 156: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 157 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści szczyt odcinany, ułatwiający dostęp do głowy pacjenta bez dodatkowego zagłębienia? Opisane rozwiązanie wskazuje na konkretny model łóżka z napędem gdzie dedykowane elementy dodatkowe tj. zewnętrzne manetki zamontowane są za szczytem łóżka od strony głowy i tym samym zwiększają odległość między personelem a pacjentem.

Odpowiedź na pytanie nr 157: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 158 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 43,5 – 81,5 cm? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź na pytanie nr 158: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 159 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika bezpiecznego położenia leża?

Odpowiedź na pytanie nr 159: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 160 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 28 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 28 ? Łóżko posiada przycisk bezpieczeństwa Stop powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.

Odpowiedź na pytanie nr 160: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 161 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną funkcją CPR z dźwignią umieszczoną bezpośrednio przy segmencie pleców z obu stron, w kolorze czerwonym umożliwiającą natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia pleców, niezależnie od pozycji barierki, dźwignia omijająca wszelkie blokady sterowania ?

Odpowiedź na pytanie nr 161: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 162 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści regulację pozycji naczyniowej realizowaną za pomocą przycisku poziomującego segmentu oparcia pleców, a następnie za pomocą przycisków podnoszących segment udowy i łydkowy? Pozycja realizowana za pomocą paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej oraz centralnego panelu sterowania.

Odpowiedź na pytanie nr 162: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 163 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację pozycji Trendelburga sterowaną z centralnego panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej z bieżącym nachyleniem w stopniach wyświetlanym na wyświetlaczu LCD?

Odpowiedź na pytanie nr 163: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 164 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację pozycji Anty-Trendelburga 14° sterowaną z centralnego panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej z bieżącym nachyleniem w stopniach wyświetlanym na wyświetlaczu LCD?

Odpowiedź na pytanie nr 164: Zgodnie Z SWZ

Pytanie nr 165 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym funkcja poziomowania, wypłaszczenia leża i podniesienia leża do maksymalnej wysokości realizowana jest za pomocą 1 specjalnie oznaczonego przycisku na sterowniku nożnym?

Odpowiedź na pytanie nr 165: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 166 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści czas wypoziomowania łóżka z maksymalnego zagięcia do pozycji płaskiej nie więcej niż 25 sekund?

Odpowiedź na pytanie nr 166: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 167 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści elektryczną pozycję upraszczającą wejście i zejście z łóżka (łóżko w najniższej pozycji, oparcie pod największym możliwym kątem) dezaktywacja alarmu opuszczenia łóżka polega na uprzednim wciśnięciu przycisku „pause” lub „stop”?

Odpowiedź na pytanie nr 167: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 168 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym barierka wezgłowiowa porusza się wraz z segmentem pleców i posiada 1 uchwyt służący pacjentowi do wsparcia podczas wstawania oraz barierka szczytu dolnego z 2 uchwytami, barierki pozwalające na chwycenie obiema rękami na raz? Dodatkowo łóżko wyposażone w rozkładany uchwyt ułatwiający oburęczne podparcie w trakcie wstawania z przyciskami do regulacji wysokości łóżka.

Odpowiedź na pytanie nr168: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 169 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści łóżko

wyposażone w barierki zabezpieczające $\frac{3}{4}$ długości leża oraz dodatkowy protektor zabezpieczający pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź na pytanie nr 169: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 170 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki zabezpieczające $\frac{3}{4}$ długości leża?

Odpowiedź na pytanie nr 170: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 171 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści barierkę wezłowiową o wymiarze 51,1x46,8cm oraz barierkę boczną szczytu dolnego łóżka o wymiarze 100,2 × 43,1 cm, barierki boczne wytrzymałe na obciążenie bez określonego dokładnego obciążenia?

Odpowiedź na pytanie nr 171: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 172 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści blokadę funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na panelach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej) dla poszczególnych regulacji ruchu: regulacji wysokości leża, regulacji części plecowej, regulacji części nożnej bez blokady wszystkich funkcji na raz(blokadę wszystkich funkcji za wyjątkiem CPR pełni przycisk wyraźnie oznaczony symbolem STOP) użycie dźwigni CPR oraz elektrycznej funkcji CPR omija wszystkie włączone blokady?

Odpowiedź na pytanie nr 172: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 173 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 41 i 42 Czy Zamawiający dopuści pamięć max. 9 odczytów (9kolejnych dni) , czytelne piktogramy służące do zerowania wagi, waga bez możliwości zmiany jednostek wagi ?

Odpowiedź na pytanie nr 173: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 174 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z wyświetlaczem realizowane są poprzez panel wbudowany w barierki boczne z obu stron, wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD?

Odpowiedź na pytanie nr 174: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 175 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 41 i 42 Czy Zamawiający dopuści ustawienie funkcji nowy pacjent za pomocą 2 przycisków (usuwanie wszystkich zapisów z pamięci)?

Odpowiedź na pytanie nr 175: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 176 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcja automatycznego(samoczynnego) blokowania kół po podłączeniu do sieci elektrycznej? System uruchamia centralną blokadę po 60 sekundach od momentu podłączenia do sieci elektrycznej i niezablokowaniu kół łóżka. Dodatkowo łóżko posiada blokadę mechaniczną uruchamianą za pomocą pedałów. Oba rodzaje hamulców z blokadą centralną wszystkich 4 kół na raz. Brak jest możliwości wł./wył. hamulców na zmianę.

Odpowiedź na pytanie nr 176: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 177 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. Pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją automatycznego blokowania kół bez diodowej sygnalizacji kolorystycznej diodą LED przypominającej personelowi o konieczności włączenia hamulca centralnego, gdyż hamulec załączy się samoistnie po 60 sekundach od momentu podłączenia do sieci elektrycznej i niezablokowaniu kół łóżka?

Odpowiedź na pytanie nr 177: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 178 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści koła pojedyncze?

Odpowiedź na pytanie nr 178: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 179 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści barierki boczne z funkcją samoblokującą w dwóch pozycjach? Łóżko ułatwia pionizację i wstawanie pacjenta podczas gdy barierka wezłowiowa jest uniesiona, barierka szczytu dolnego opuszczona - pozycja barierki dająca pacjentowi przestrzeń umożliwiającą siedzenie na łóżku i zapewniającą jednoczesne wsparcie na barierce wezłowiowej przy dodatkowym przechyle bocznym wspomaga mobilizację pacjenta. Dodatkowo łóżko wyposażone w rozkładany uchwyt ułatwiający oburęczne podparcie w trakcie wstawania z przyciskami do regulacji wysokości łóżka.

Odpowiedź na pytanie nr 179: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 180 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - DOT. pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści barierki opuszczane wszerz leża potrzebujące niewielką ilość miejsca na ich opuszczanie?

Odpowiedź na pytanie nr 180 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 181 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 52 Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 wysokie krążki odbojowe w kształcie stożka w każdym narożu łóżka zabezpieczające łóżko przed uszkodzeniem ?

Odpowiedź na pytanie nr181: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 182 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści metalowy uchwyt stabilizujący materac na leżu znajdujący się w części centralnej po obydwóch stronach łóżka oraz specjalnie wyprofilowane leże zapobiegające przesuwaniu się materaca, uchwyty nie wrzynające się w materac zarówno statyczny jak i zmiennociśnieniowy? Leże dodatkowo posiada otwory do mocowania materaca za pomocą pasków.

Odpowiedź na pytanie nr 182: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 183 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści łóżko z oświetleniem nocnym możliwym do ustawienia w 3 trybach (oświetlenie o niższym natężeniu, oświetlenie o maksymalnym natężeniu, wyłączenie oświetlenia) ?

Odpowiedź na pytanie nr183: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 184 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 55 Czy Zamawiający dopuści udźwig każdego uchwytu max. 4 kg? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź na pytanie nr 184: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 185 – Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 56 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażania łóżka w uchwyty do mocowania pasów?

Odpowiedź na pytanie nr 185: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 186 – Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści wieszak kropłówki odejmowany, teleskopowy, z możliwością montażu od strony nóg lub głowy, każdy wieszak 2 częściowy stalowy, z regulacją wysokości, wyposażony w 4 haczyki, każdy haczyk udźwig do 2 kg?

Odpowiedź na pytanie nr 186: Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 187 – Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści materac piankowy przeznaczony do profilaktyki przeciwoleżynowej? Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 160mm. Wkład materaca składający się z dwóch warstw oddzielonych od siebie, nie klejonych – łączenie dzięki pofalowanej strukturze obu warstw. Twarda piana na bokach i spodzie. Krawędzie boczne wzmocnione, o szerokości 10cm ułatwiające mobilizację pacjenta oraz zapewniające ochronę przed upadkiem. Górna warstwa materaca o wysokości 7cm wykonana z pianki Viscoelastic o gęstości 85kg/m³ z funkcją pamięci kształtu ciała na całej powierzchni materaca, dolna warstwa o wysokości 9cm wykonana z zimnej pianki. Powierzchnia nóg i głowy o gęstości 33 kg/m³, powierzchnia części centralnej o gęstości 80 kg/m³. Skuteczność terapeutyczna dla pacjentów o wadze do 190 kg. Łączenie pokrowca zgrzewane.

Odpowiedź na pytanie nr 187: Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 188 –Dotyczy pakietu nr 2- Łóżko elektryczne intensywnej opieki medycznej z wagą, z materacem z przechyłami bocznymi oraz napędem - Dot. pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym funkcja przechyłów bocznych realizowana jest za pomocą całego leża a nie za pomocą materaca ?

Odpowiedź na pytanie nr 188: Zapisy SWZ bez zmian

Do pobrania poniżej zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (należy wskazać datę modyfikacji)

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych