



Gdańsk, dnia 05 listopada 2024 r.

nr sprawy: D10.251.104.C.2024

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „*Zakup aparatury medycznej (diatermia, pompa do kontrapulsacji, wanna do hydroterapii, procesor tkankowy, zatapiarka, barwiarka, nakrywarka, mikrotom).*”

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ_2 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Zestaw 5

[Dotyczy Zał. 1b do SWZ część 6 Zatapiarka](#)

Pytanie nr 1, poz. 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie modułu zatapiania o wysokości 405mm, tak nieznaczna różnica wysokości nie wpływa na parametry i pracę urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2, poz. 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie modułu chłodzącego o wysokości 405mm, tak nieznaczna różnica wysokości nie wpływa na parametry i pracę urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3, poz. 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymienionych akcesoriów, ilości te mają bezpośredni wpływ na zaproponowaną cenę całego zestawu.

Odpowiedź:

Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Zestaw 6

[Dot. części nr 3](#)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wannę o pojemnościach:

Pojemność całkowita mierzona do poziomu korka przelewowego: 230l.



Pojemność użytkowa poziom napełnienia I: 100l.

Pojemność użytkowa poziom napełnienia II: 200l.

Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne a jednocześnie wystraszające do przeprowadzenia zabiegów i nie wpływa na efektywność zabiegów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.

W związku z odpowiedziami Zamawiający przekazuje zmienione załączniki nr 1b do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

W związku z odpowiedziami modyfikuje się treść SWZ w następujący sposób:

- ✓ § XV. pkt 2 SWZ- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 18 listopada 2024 r. o godz. 10.00.

- ✓ § XIV. pkt 1 SWZ -TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni, licząc od upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 15 lutego 2025. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Nowy termin składania i otwarcia jest następujący: 18 listopad 2024 r.

Termin związania ofertą wynosi: 15 luty 2025 r.

**Zatwierdził
Piotr Wróblewski – Wiceprezes Zarządu**

Sporządziła: Magdalena Czerniawska- St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych