



Wrocław, 18.04.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

### **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: trybu podstawowego bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) PZP na dostawę sprzętu medycznego: wideolaryngoskopu z wyposażeniem – 1 kpl oraz stołu operacyjnego urologicznego – 1kpl, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.54.2024*

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1** - Pyt 1 pkt 2 Czy Zamawiający dopuści koła o średnicy 100mm wszystkie skrzętne pozwalające na łatwe manewrowanie stołem.?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 2** - Pyt 2 pkt 6 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z bardzo wąską kolumną umieszczoną centralnie umożliwiającą wysunięcie blatu stołu poza kolumnę o 1062 mm od strony głowy oraz o 1561mm od strony nóg.?

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 3** - Pyt 3 pkt7 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny blokowany z pilota poprzez system wysuwanych stopek wraz z systemem autokompensacji nierówności podłoża.?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 4** - Pyt 4 pkt 11.Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny w którym elementy blatu są odłączane poprzez naciśnięcie przycisku a tym samym zwolnienie blokady , przyciski do zwalniania blokady oznaczone wyraźnym niebieskim kolorem.

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 5** - Pyt 5 pkt 12 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z bezprzewodowym pilotem w którym gdy pilot jest naładowany świeci kontrolka zielona, gdy pilot jest rozładowany świeci kontrolka czerwona. Sygnalizacja paskowa stanu naładowania stołu znajduje się w podstawie stołu operacyjnego.

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 6** - Pyt 6 pkt 13 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z bezprzewodowym pilotem bez wyświetlacza wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zaciemnionej sali operacyjnej

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Zapisy SWZ bez zmian**

**Pytanie nr 7** - Pyt 7 pkt 16 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z ostrzeżeniem o możliwości wystąpienia kolizji akustycznie za pomocą sygnału ostrzegawczego i wizualnie poprzez system ledowy ( czerwony, żółty , zielony)w podstawie stołu?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 8** - Pyt 8 pkt 21Czy Zamawiający dopuści elektromechaniczną regulację segmentów blatu między innymi segmentu nóg?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 9** - Pyt 9 pkt 22 Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu nóg elektromechanicznie w zakresie -105 stopni do +90 stopni bez wspomagania sprężyną gazową?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 10** - Pyt 10 pkt 25 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny o napędzie hybrydowym w którym to napęd elektrohydrauliczny odpowiada za blokowanie stołu do podłoża oraz regulację wysokości a wszystkie inne ruchy blatu np. przechyły boczne i wzdłużne, regulacje podnóżków, płyty plecowej, pozycja zero. pozycja flex/reflex, przesuw wzdłużny są regulowane elektromechanicznie.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11** - Pyt 11 pkt35 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez czujnika antykolizyjnego w kolumnie stołu?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 12** - Pyt 12 pkt 38 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z materacami o grubości 90mm mocowanymi do stołu za pomocą rzepów?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 13** - Pyt 13 pkt 39,40 Czy Zamawiający dopuści awaryjne sterowanie stołem z panelu sterowania awaryjnego wbudowanego w kolumnę stołu z takimi samymi funkcjami jak na pilocie?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 14-** Pyt 14 pkt 47 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny bez funkcji powolnego startu?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 15-** Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl. - Dotyczy P51 Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl.Pas do mocowania pacjenta bariatryczny z poduszką piankową wymiar min. 10x45, montowany do szyn bocznych stołu – 4 szt. Czy Zamawiający dopuści pas bariatryczny bez poduszki piankowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16-** Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl.- Dotyczy P51 Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl.Pas do mocowania pacjenta bariatryczny z poduszką piankową wymiar min. 10x45, montowany do szyn bocznych stołu – 4 szt. Czy Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany pas bariatryczny był w pełni zmywalny, wykonany sposób bezszwowy (zgrzewany) i miał wymiary co najmniej 27,5 mm szerokości (w najszerszym punkcie) i długość całkowita była nie mniejsza niż 355 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 17-** Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl. - Dotyczy P58 Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl. Materac żelowy na stół operacyjny 115x52x10cm – 2szt Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca żelowego na stół operacyjny o wymiarach 1170 x 500 10mm lub 1200 x 500 x 13 mm ?

Uzasadnienie – Według posiadanej wiedzy nie ma na rynku dostępnego materaca o grubości 10 cm (100mm). Waga takiej nakładki znacząco przekroczyłaby 50 kg co eliminuje możliwość zastosowania jako akcesorium do stołu operacyjnego. Zamawiającemu możemy zaproponować również materac żelowy z wycięciem



**Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający dopuszcza.**

**Jednocześnie modyfikuje omyłkę – powinno być „ 115x52x1.0cm”**

**Pytanie nr 18-** Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl. - Dotyczy P59 Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl. Żelowe pozycjonery uniwersalne, wałki wymiar min. 290 x 100 x 60 mm +/- 10mm i 340x120x70 mm +/-1mm- 1 kpl. wymiarach 300x100x70 mm oraz 300 lub 400x150x70 mm lub pozycjonerów uniwersalnych typpoduszka o wymiarach 250x120x50 (średni) oraz 330x120x60 mm(duży) ?



**Półwałek**



**poduszka**

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający dopuszcza pozycjonery o wymiarach 300x100x70 mm 330x120x60 mm**

**Jednocześnie Zamawiający modyfikuje omyłkę – powinno być „ 340x120x70mm +/-10mm”**

**Pytanie nr 19-** Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl.-Dotyczy P60 Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl. Podkładka żelowa do ułożenia bocznego pacjenta wymiar min. 720 x 500 x 160 mm +/- 10mm – 1szt Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pozycjonera do pozycji bocznej o wymiarach 700x500x17 lub 790x500x10 mm wykonanego z pianki i warstwy żelowej?

**Uzasadnienie –** pozycjoner tej wielkości i wykonany z żelu jest niezwykle ciężki zarówno pod względem samej wagi jak i w kontekście eksploatacyjnym – łatwo może być narażony na uszkodzenia wynikające ze zgięcia podczas przenoszenia. Zastosowanie hybrydowej konstrukcji zmniejszającej wagę akcesorium zwiększa komfort pracy personelu – nie obciążając go nadmiernie.



**Odpowiedź na pytanie nr 19:Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 20-** Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl.- Dotyczy P68 Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl.Pozycjoner żelowy kości krzyżowej, wymiar min.450x440x30mm +/-10mm – 2szt Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pozycjonera kości krzyżowej o wymiarach 440x420x30 mm ?





**Odpowiedź na pytanie nr 20: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21-** Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl.- Dotyczy P69 Pakiet 2, Stół operacyjny urologiczny– 1 kpl. Zestaw 3 pozycjonerów w kształcie klina, wodoodporny i łatwo zmywalny

materiał wymiar – 1kpl Czy Zamawiający może potwierdzić, że dopuszcza zaoferowanie pozycjonerów w kształcie klina o wymiarach :

220 x 140 x 400
220 x 220 x 300
220 x 220 x 400
320 x 200 x 300
320 x 200 x 400
320 x 200 x 500
420 x 260 x 400
420 x 260 x 500
520 x 320 x 400
520 x 320 x 500
220 x 220 x 300
220 x 220 x 400



**Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza, do wyboru przed dostawą.**

**Pytanie nr 22 -** Dotyczy Pakietu nr 1 - Dotyczy zał. nr 2 do SWZ – Formularz cenowy i Parametry techniczne Pakiet 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierekondycjonowany nie powystawowy i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z rokiem produkcji nie starszym niż 2023? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

**Odpowiedź na pytanie nr 22: Tak – zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ do pobrania poniżej**

**Pytanie nr 23 -** Dotyczy Pakietu nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wady do 10 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy do 20 dni roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: Tak, w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ który otrzymuje nowe brzmienie ( dotyczy pakietu nr 1):**

**§ 5 ust. 9** „ Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. **10 dni robocze**, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy ( w tym przypadku Wykonawca musi udokumentować pochodzenie części – pod rygorem naliczania kar umownych od 3 dnia roboczego) **20 dni roboczych** licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 13. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

**§ 5 ust. 11** W przypadku awarii, o której mowa w ust. 9, której naprawa przedłuża się powyżej 3 dni roboczych, Wykonawca bez dodatkowego wezwania zobowiązany jest w czwartym dniu roboczym zapewnić urządzenie zastępcze (o parametrach określonych niniejszą umową lub wyższych ) na czas naprawy,

**§ 6 ust. 1 pkt. 2)** „w wysokości 0,15% ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękojmi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §5 ust. 9 do czasu dostarczenia

*urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje na okres 30 dni, po upływie tego terminu kary umowne naliczane będą dalej.*

**Pytanie nr 24** - Dotyczy Pakietu nr 1 - §4 ust. 7 projektu umowy – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie dla pakietu nr 1 od wymogu potwierdzenia szkolenia certyfikatem w zakresie kalibracji, przeglądów i konserwacji oraz testów bezpieczeństwa. Wymienione czynności mogą być wykonywane jedynie przez firmę KARL STORZ, z wyłączeniem czynności opisanych w instrukcji obsługi poszczególnych wyrobów.

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Szkolenie w zakresie dopuszczonym przez producenta**

**Pytanie nr 25-** Dotyczy Pakietu nr 1 - §5 ust. 7 projektu umowy – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy dla pakietu nr 1 w zakresie §5 ust. 7 na następujące brzmienie:

*„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia, bez napraw spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub spowodowanymi nieprawidłowym użytkowaniem”.*

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Zapisy SWZ bez zmian. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1360 ze zm.) – dalej K.c.**

**Pytanie nr 26-** Dotyczy Pakietu nr 1 Prosimy o dokonanie modyfikacji postanowień przyszłej umowy w zakresie §5 ust. 22 na następujące brzmienie:

*„Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 5 lat od daty...”*

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 27** Dotyczy Pakietu nr 1 - Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o takiej samej funkcjonalności?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 - Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ który otrzymuje nowe brzmienie (dotyczy pakietu nr 1):**

**§ 6 ust. 1 pkt. 2)** *„w wysokości 0,15% ceny brutto pakietu w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) w okresie gwarancji lub rękoma z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §5 ust. 9 do czasu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje na okres 30 dni, po upływie tego terminu kary umowne naliczane będą dalej.*

**Pytanie nr 28-** Dotyczy Pakietu nr 1 Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

**Odpowiedź na pytanie nr 28: W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy k.c.**

**Pytanie nr 29-** Dotyczy Pakietu nr 1 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w §6 ust. 1. ppkt. 1), 2), 3), 4), 5) i ust. 2. Projektu umowy, w taki sposób, aby kary były naliczane za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”.

Obecny zapis jest niezgodny z ustawą p.z.p. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019). W art. 433 ustawy p.z.p. został zamieszczony katalog klauzul niedozwolonych, których Zamawiający nie może wprowadzić do treści umowy o zamówienie publiczne. Jedną z takich klauzul jest określanie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie.

**Odpowiedź na pytanie nr 29: Zapisy SWZ bez zmian.**

**Ewentualna kara umowna będzie naliczana, gdy opóźnienie będzie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.**

**Pytanie nr 30-** Dotyczy Pakietu nr 1- Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1. ppkt. 1) na następujące treści:

*W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę: w wysokości 0,5% ceny brutto wartości niedostarczonej części sprzętu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego.*

**Odpowiedź na pytanie nr 30: Zapisy SWZ bez zmian.**

**„Miarkowanie” kar umownych należy do przepisów prawa sędziowskiego.**

**Pytanie nr 31-** Dotyczy Pakietu nr 1 -(Dot. §6 ust. 4) projektu umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za opóźnienie w niewykonaniu planowanego przeglądu okresowego do 0,2% ceny brutto pakietu za dzień?

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Zapisy SWZ bez zmian.**

**„Miarkowanie” kar umownych należy do przepisów prawa sędziowskiego.**

**Pytanie nr 32-** Dotyczy Pakietu nr 1 -(Dot. §6 ust. 6) projektu umowy) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za opóźnienie w niedostarczeniu dokumentów, o których mowa w §4 ust. 2 lub §4 ust. 3 do 0,2% ceny brutto pakietu za dzień?

**Odpowiedź na pytanie nr 32: Zapisy SWZ bez zmian.**

**„Miarkowanie” kar umownych należy do przepisów prawa sędziowskiego.**

**Do pobrania poniżej zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ ( z uwzględnieniem wszystkich pytań i odpowiedzi)**

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania na stronie postępowania.

Z upoważnienia KOMENDANTA  
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SP ZOZ we Wrocławiu  
mgr Piotr STRĄK  
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych