



Wrocław, 12.04.2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki wraz z najmem 4 szt. aparatów do pomiaru czasu krzepliwości krwi, systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS oraz systemu do angioplastyki rotacyjnej, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.28.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz.1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 poz. 1 cewnika balonowego wysokociśnieniowego, o następujących parametrach:

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F dla średnic 1.5 – 3.5 mm, oraz z 7 F dla średnic 4.0 – 4.5 mm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz. 3 Prowadniki sterowalne do zabiegów CTO, o następujących parametrach:

- Dostępne średnice 0,010” i 0,014”
- Dostępny kształt końcówki: prosta, pre-shape

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 7 Prowadniki do kolaterali, o następujących parametrach:

- Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 15 pozycji nr 1?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ Formularz asortymentowo - cenowy w zakresie pakietu nr 15, który otrzymuje nowe brzmienie:

Nr pakietu	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	% Vat	Ilość	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym
Pakiet 15 Cewnik prowadzący do PTCA, cewnik diagnostyczny CPV 33140000-3									
15		Cewnik diagnostyczny • Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JL Short Tip (4.0); JR; (3,0 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 –3, Modified);	szt.			1000			

	<p>Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A, A PP, B,B PP); Atesal (3.5 - 4.5), Sones (I, II, III, IPP, II PP, III PP) , Modified Extra Back Up, Coronary Bypass (Left, Right); Coronary Bypass Graft (Left, Right) ,Q4, Progressive Right, Kaplan (4,0-4,5 PP), Kaplan JS (3,5- 4,0 PP), Kaplan Mod I (4,0-5,0 PP), Kaplan Mod II (4,0-5,0 PP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi • Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F • Kompatybilny z przewodnikiem 0,038" • Szaft wykonany z nylonu zapewniającego odporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię • Szaft ze zwiększającą się dystalnie elastycznością w kolejnych trzech segmentach • Tip wykonany z pebaxu • Końcówka bez zbrojenia, miękka, atraumatyczna • Pamięć kształtu końcówki • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą (siarczan baru) • Cewnik zbrojony w części proksymalnej opłotem z płaskiego drutu ze stali nierdzewnej • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność • Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI • Duże światło wewnętrzne: 4F: 0,042"; 5F: 0,047"; 6F: 0,057"; 6F (Pigtail): 0,054"; 7F: 0,070"; 7F (Pigtail): 0,067" • Długości cewników 80cm, 100cm, 110 cm (Pigtail) i 125 cm (Pigtail, JR 4,0, JR 5,0, JR 6,0, JL 4,0, JL5,0, JL 6,0) • 55 krzywizn dla 6F • PRZEPEŁYWY: 4F: 1200 PSI min. 20 ml/sec ; 5F: 1200 PSI min. 25 ml/sec; 6F: 1200 PSI min. 36 ml/sec; 7F: 1200 PSI 45 ml/sec 						
		Razem pakiet 15 :					

W nawiązaniu do powyżej wskazanych modyfikacji zmianie uległy zapisy SWZ odpowiednio. Otrzymują one brzmienie:

Rozdział XV, pkt 1 ppkt1):

- 1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **266 400,00 PLN** (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości (PLN):

PAKIET	KWOTA PLN	PAKIET	KWOTA PLN
1	500,00	20	15000,00
2	700,00	21	8100,00
3	1000,00	22	85000,00

4	2300,00	23	18000,00
5	500,00	24	12000,00
6	1700,00	25	4800,00
7	2600,00	26	500,00
8	2300,00	27	0,00
9	1500,00	28	3000,00
10	7200,00	29	1800,00
11	15000,00	30	3900,00
12	800,00	31	1500,00
13	1300,00	32	20000,00
14	21000,00	33	3300,00
15	600,00	34	4200,00
16	5200,00	35	500,00
17	4200,00	36	9000,00
18	6400,00	37	500,00
19	0,00	38	500,00

W zw. z art. 137 ust. 1 i 4 Pzp Zamawiający dokonał zmiany treści **ogłoszenia o zamówieniu** - Numer publikacji ogłoszenia: 185961-2024 Numer wydania Dz.U. S: 63/2024 Data publikacji: 28/03/2024

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 88 ust. 1 Pzp przekazuje treść zmian ogłoszenia o zamówieniu, o których mowa w art. 90 ust. 1 Pzp. – **do pobrania poniżej** (Numer publikacji ogłoszenia: 217116-2024 Numer wydania Dz.U. S: 73/2024 z dnia 12.04.2024r ogłoszenia o zamówieniu nr 185961-2024 z dnia 28/03/2024)

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia przekazania na stronie postępowania.

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych