



**INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.:

**„DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (POWTÓRKA)”.**

**Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: dwudrożny silikonowy cewnik z zakończeniem otwartym z integralnym balonem, rozmiar 10Ch, 12Ch, 14Ch kodowane kolorystycznie (10 Ch czarny, 12 Ch biały, 14 Ch zielony), długość 40 cm, pojemność balonu 3 ml dla 10 Ch, 5 ml dla 12/14 Ch, dwa przeciwległe oczka drenażowe, znaczniki na cewniku, metalowy trokar rozrywalny 12 cm, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, samoprzylepny plaster mocujący. Wszystkie elementy zestawu zapakowane łącznie w jedno opakowanie folia-papier. Zestaw sterylny.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu 9 poz.1 i 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje wody sterylnej ze sterylnym adapterem, tak jak aktualnie dostarczana.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wody sterylnej ze sterylnym adapterem.**

**Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 poz. 1 zaoferowanie asortymentu pakowanego po 10 szt. opakowanie czyli 8 op. ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z podaniem ceny jednostkowej tj. za sztukę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4 - dotyczy pakietu 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 poz. 2 zaoferowanie asortymentu pakowanego po 20 szt. opakowanie czyli 1 op. ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wraz z podaniem ceny jednostkowej tj. za sztukę. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu 3 poz.1**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 1 dopuści filtr o mniejszej, korzystniejszej dla pacjenta przestrzeni martwej 18ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6 - dotyczy pakietu 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 odstąpi od wymogu:

Wymagany opis na korpusie każdego pojedynczego filtra wskazujący która część filtra powinna zostać podłączona od strony pacjenta”,

„dotyczy wszystkich pozycji?

Wielu światowych producentów filtrów nie stosuje takich opisów na korpusie. Ustawa o wyrobach medycznych również nie nakłada takiego wymogu.

Czy Zamawiający dopuści filtry, których nowoczesna budowa i konstrukcja uniemożliwia niewłaściwe jego zamontowanie, bez konieczności wizualnej kontroli?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.**



**Pytanie 7 - dotyczy pakietu 3 poz.2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 2 podtrzymuje, iż wymaga filtra mechanicznego (plisowana membrana hydrofobowa) z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci (najskuteczniejszy rodzaj filtracji i nie dopuszcza filtra elektrostatycznego (tzw. elektrostatyczno-mechaniczny), czy inaczej określany jako „intermolekularny, z barierą mechaniczną w postaci wymiennika ciepła i wilgoci i membrany filtracyjnej”. Żaden z tych filtrów nie jest produktem równoważnym do wymaganego, gdyż nie posiadają one charakterystycznej dla filtrów mechanicznych z wymiennikiem – membrany harmonijkowej, hydrofobowej, celulozowej oraz odrębnej membrany celulozowej, połączonych z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Są one zwykłymi filtrami elektrostatycznymi lub tzw. elektrostatycznymi (elektrostatyczno-mechaniczny), działającymi na zasadzie pola elektrostatycznego?

Tym bardziej, że Filtry tego typu (elektrostatyczne z wymiennikiem ciepła i wilgoci)

Zamawiający opisał w poz. 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

**Pytanie 8 - dotyczy pakietu 3 poz. 2**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 2 dopuści filtr o mniejszej korzystniejszej przestrzeni martwej 50ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9 - dotyczy pakietu 3 poz. 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 4 dopuści filtr o mniejszej przestrzeni martwej 15, korzystniejszej dla pacjenta? Im mniejsza przestrzeń martwa, tym pacjent ponosi mniej wysiłku oddechowego, co jest korzystne w szczególności jeśli chodzi o pacjentów pediatrycznych. W przeciwnym wypadku prosimy o uzasadnienie medyczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10 - dotyczy pakietu 3 poz.6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 6 dopuści filtr o mniejszej objętości wew. korzystniejszej dla pacjenta - 20ml?

Objętość wewnętrzna czyli tzw. przestrzeń martwa nazywana przestrzenią „bezużyteczną” jest to ilość gazu która pozostaje w układzie oddechowym/filtrze po każdym cyklu wentylacji. Czym mniejsza martwa przestrzeń, tym mniej gazu z poprzedniego cyklu wraca spowrotem do pacjenta. Im mniejsza martwa przestrzeń, tym mniejszy wysiłek oddechowy pacjenta i mniejsza ilość dwutlenku węgla w układzie oddechowym, co jest korzystniejsze dla pacjenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści w zakresie wielkości objętości wew./przestrzeni martwej.

**Pytanie 11 - dotyczy pakietu 3 poz.6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 6 dopuści filtr wadze 21g, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe . Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

REFERENT  
ds. Zamówień Publicznych  
Małgorzata Cierpka

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
mgr inż. Jacek Banaszak