



Gdańsk, dnia 07 listopada 2024 r.

nr sprawy: D10.251.104.C.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. na „*Zakup aparatury medycznej (diatermia, pompa do kontrapulsacji, wanna do hydroterapii, procesor tkankowy, zatapiarka, barwiarka, nakrywarka, mikrotom).*”

ZMIANY TREŚCI SWZ 4
ORAZ
DOPRECYZOWANIE WYJAŚNIENI Z DNIA 06 LISTOPADA 2024 R.

W związku z wyjaśnieniami z dnia 06 listopada 2024 r. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Modyfikuje się treść Specyfikacji Zamówień Publicznych (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

- ✓ § XV. pkt 2 SWZ- SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa dnia 19 listopada 2024 r. o godz. 10.00.

- ✓ § XIV. pkt 1 SWZ -TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA otrzymuje brzmienie:

*Termin związania ofertą wynosi **90 dni**, licząc od upływu terminu składania ofert, czyli do dnia **16 lutego 2025.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

Zamawiający również doprecyzowuje wyjaśnienia z dnia 06 listopada 2024 r. do pytania nr 9 oraz nr 12 z Zestawu nr 7.

Pytanie nr 9 -Załącznik 1b do SWZ, część 9, pozycja 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w bardzo wydajny system kompensacji zapewniający bardzo lekkie i płynne działanie koła napędowego (wyposażonego w przeciwwagę) bez konieczności jego regulacji siły jego działania. Proponowany przez nas rozwiązanie zapewnia najwyższy komfort pracy Operatorowi. Pierwotny zapis OPZ wskazuje jednoznacznie i bezpośrednio na urządzenie firmy Leica Biosystems GmbH HistoCore MultiCut, pozwalając na złożenie oferty ich wyłącznemu dystrybutorowi w Polsce, firmie KAWA.SKA sp. z o.o.. Jest to wyraźne i jasne naruszenie art. 16 ustawy PZP. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, OPZ bez zmian. Zamawiającemu zależy na możliwości regulacji systemu równoważenia siły samodzielnie przez technika, w zależności od jego potrzeb. Wpływa to na komfort pracy oraz na jakość preparatu.



Pytanie nr 12 -Załącznik 1b do SWZ, część 9, pozycja 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu o lepszym parametrze, sterowanym mikroprocesorowo, elektromechanicznym podprowadzaniu preparatu z 5 różnymi prędkościami: 75 $\mu\text{m/s}$, 150 $\mu\text{m/s}$, 300 $\mu\text{m/s}$, 600 $\mu\text{m/s}$, 3000 $\mu\text{m/s}$.

Pierwotny zapis OPZ wskazuje jednoznacznie i bezpośrednio na urządzenie firmy Leica Biosystems GmbH HistoCore MultiCut, pozwalając na złożenie oferty ich wyłącznemu dystrybutorowi w Polsce, firmie KAWA.SKA sp. z o.o.. Jest to wyraźne i jasne naruszenie art. 16 ustawy PZP. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, OPZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że w/w prędkości nie uwzględniają prędkości, która była wymagana pierwotnie, czyli 800 $\mu\text{m/s}$. Prędkość ta jest najczęściej stosowana przez techników. Technik najszybciej i co ważne bezpiecznie podprowadza materiał do noża nie uszkadzając wycinka. Tym samym skraca się czas skrawania.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Nowy termin składania i otwarcia jest następujący: 19 listopad 2024 r.

Termin związania ofertą wynosi: 16 luty 2025 r.

**Zatwierdził
Piotr Wróblewski – Wiceprezes Zarządu**

Sporządziła: Magdalena Czerniawska- St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych