

Warszawa, dnia 29 maja 2025 r.

znak sprawy: ZP-2511-07-MDM/2025

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Dostawy aparatu USG wszechstronnego w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej

Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

I. Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł. (60 %)	Jakość parametry techniczne - oceniane (30%)	Termin gwarancji na dostarczony zestaw: (aparat, głowice i printer) liczony od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru (10%)
1.	Intimex Sp. z o. o. Sp. k. ul. Egejska 19/39 02-764 rszawa	328 400,00	1.Zakres częstotliwości pracy głowic współpracujących z aparatem min. 2-22 MHz (Zakres częstotliwości pracy głowic współpracujących z aparatem 1.5-22 MHz). (0pkt) 2.Maksymalna długość filmu w pamięci CINE min. 10 000 obrazów (Maksymalna długość filmu w pamięci CINE >20 000 obrazów). (2 pkt.) 3.Maksymalna głębokość penetracji aparatu ≥ 45 cm (Maksymalna głębokość penetracji aparatu do 50 cm). (1 pkt.) 4. Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków	36 miesięcy

			minimum 7 kątów. Funkcja pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym (Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków Croosbeam do 9 kątów. Funkcja pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym). (1 pkt.) 5. Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością min. 3 m/s. Kolorowy Doppler z funkcją automatycznej optymalizacji poprzez automatyczną korekcję kąta steer na głowicach liniowych, automatyczna detekcja naczyń i położenie bramki względem naczynia (Doppler Kolorowy (CD) z mierzoną prędkością do 3.91 m/s. Kolorowy Doppler z funkcją automatycznej optymalizacji poprzez automatyczną korekcję kąta steer na głowicach liniowych, automatyczna detekcja naczyń i położenie bramki względem naczynia).(0pkt.) 6. Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD min. 350 Hz (Maksymalna częstotliwość odświeżania dla CD do 578 Hz).(2 pkt.) 7. Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min. 6 m/s przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej (Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością do 8 m/s przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej). (2pkt.) 8. Doppler fali ciągłej CWD mierzoną prędkością min. 8 m/s. przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej (Doppler fali ciągłej CWD mierzoną prędkością do 10.5 m/s. przy zerowym kącie bramki dopplerowskiej). (2 pkt) 9. Głowica liniowa naczyniowa. Zakres częstotliwości pracy	
--	--	--	---	--

			min. 4.0 - 10,0 MHz. (Głowica liniowa 9L-RS naczyniowa. Zakres częstotliwości pracy 3.1 - 10,0 MHz). (0pkt.) 10. Głowica liniowa o konstrukcji wielorzędowej. Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 15,0 MHz. (Głowica liniowa ML6-15-RS o konstrukcji wielorzędowej. Zakres częstotliwości pracy 5.0 - 15,0 MHz). (0pkt.) 11. Głowica sektorowa o konstrukcji wielorzędowej dla dorosłych. Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 4,0 MHz. (Głowica sektorowa M5Sc-RS o konstrukcji wielorzędowej dla dorosłych. Zakres częstotliwości pracy 1.5-4,6 MHz) .(0 pkt.) 12. Głowica convexowa. Zakres częstotliwości min. 1,5 - 6,0 MHz (Głowica convexowa C1-6-D Zakres częstotliwości 1,5 - 6,0 MHz).(0pkt.) 13. Głowica endocavitarna. Zakres częstotliwości min. 5,0 - 10,0 MHz (Głowica endocavitarna E8Cs-RS. Zakres częstotliwości 3,6 – 10,0MHz). .(0 pkt.) 14. Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku SSD lub HDD. Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie (Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku SSD o pojemności 345 GB. Możliwość zapisu do 20.000 pacjentów w aparacie). .(1 pkt.)	
--	--	--	--	--

1. Cena oferty brutto w zł. – 60 pkt.

2. Jakość parametry techniczne – oceniane - 11 pkt.

3. Termin gwarancji na dostarczony zestaw: (aparat, głowice i printer) liczony od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru – 10 pkt.

Łączna punktacja: 81 pkt.

II. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Intimex Sp. z o. o. Sp. k., ul. Egejska 19/39, 02-764 Warszawa.

Uzasadnienie prawne:

Oferta wybrania została zgodnie z art. 242 ust.1 pkt 1) w związku z art.239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w SWZ i zgodnie z określonymi w niej kryteriami oceny ofert jest ofertą najkorzystniejszą.

III. Oferty odrzucone:

Brak.

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa - Ochota
Krzysztof Marcin Zakrzewski