

Bielsko-Biała dn. 10.10.2024 r.

DZP.271.41.2024 - 22

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.41.2024

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1 do zadania nr 13 poz. 45,46,47,48

Prosimy o doprecyzowanie czy w kolumnie „Jednostka miar” zamawiający miał na myśli szt. czy opakowania ?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający w kolumnie „Jednostka miary” w poz. 45-48 Pakietu nr 13 miał na myśli sztuki.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje zapisy Pakietu nr 13 poprzez wpisanie w kolumnie „Jednostka miary” sztuki dla poz. 45,46,47,48.

Pytanie nr 2 do zadania nr 13 poz.73

Czy zamawiający dopuści do postępowania aplikator argonowy giętki dł. 250mm z 1 przyciskiem?

Informujemy iż produkcja wymaganego w poz. nr 73 aplikatora została zakończona i został on zastąpiony aplikatorem o dł. 250mm .

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aplikatora argonowego o długości 250mm.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Krymorgen