

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zadanie 21

Poz.1

Zestaw uniwersalny, sterylny składający się:

1 szt. Serweta chirurgiczna 150cm x 240cm 3-warstwowa ze wzmocnieniem, z przylepcem, 2 podwójne organizatory przewodów

1 szt. Serweta chirurgiczna 180cm x 180cm 3-warstwowa ze wzmocnieniem, z przylepcem, 2 podwójne organizatory przewodów

2 szt. Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 3-warstwowa ze wzmocnieniem, z przylepcem, 2 podwójne organizatory przewodów

1 szt. Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna

4 szt. Serwetka chłonna 30cm x 30cm

1 szt. Licznik igieł na 20 szt., z magnesem i pianką, z usuwaczem ostrzy

1 szt. Podkładka do elektrokoagulacji

3 szt. Fartuch chirurgiczny Wzmocniony XL

2 szt. Pokrowiec na uchwyt do lamp operacyjnych

1 szt. Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką

20 szt. Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG

1 szt. Wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm. Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 szt. Serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77 g/m²

Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasa IIa.

Całość zapakowana w torbę typu headerbag ze wstawką Tyvek wyposażoną w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. **Na etykiecie znajduje się piktogram procedury ułatwiający identyfikację zestawu.** Oznaczenie kolorystyczne w postaci kropek w kolorze czerwonym. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Poz. 2

Zestaw do cięcia cesarskiego, sterylny składający się:

1 szt. Serweta do CC 180/240cm x 300cm 2-warstwowa, wzmocniona, otwór w kształcie trapezu o wymiarach 22,5cm x 32cm x wys. 22,5cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów

4 szt. Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 45cm x 70cm z nitką RTG i tasiemką

1 szt. Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 300cm, CH24, lejek-lejek)

1 szt. Końcówka do odsysania pola operacyjnego, bez kontroli siły ssania z kulką (Yankauer, CH21, 4 otwory boczne)

1 szt. Serwetka chłonna 75cm x 80cm

1 szt. Serwetka chłonna 30cm x 30cm

1 szt. Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna

3 szt. Fartuch chirurgiczny Wzmocniony rozm. XL

20 szt. Tupfer z gazy z nitką RTG, 17N 30cm x 30cm

1 szt. Licznik igieł na 20 szt., z magnesem i pianką, z usuwaczem ostrzy

20 szt. Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG

1 szt. Wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm. Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 szt. Serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77 g/m2

Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasa IIa.

Całość zapakowana w torbę typu headerbag ze wstawką Tyvek wyposażoną w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. **Na etykietach znajduje się piktogram procedury ułatwiający identyfikację zestawu.** Sterylizowany tlenkiem etylenu

Poz. 3

Zestaw do operacji ginekologicznych, sterylny składający się:

1 szt. Serweta chirurgiczna do operacji ginekologicznych 160/240cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny SMS, wzmocniona, osłony na kończyny, przylepny otwór kroczy 10cm x 15cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów

2 szt. Serwetka chłonna 30cm x 30cm

1 szt. Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa

3 szt. Fartuch chirurgiczny Wzmocniony rozm. XL

1 szt. Licznik igieł na 20 szt., z magnesem i pianką, z usuwaczem ostrzy

1 szt. Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką

50 szt. Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG

1 szt. Wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm. Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 szt. Serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77 g/m2

Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasa IIa.

Całość zapakowana w torbę typu headerbag ze wstawką Tyvek wyposażoną w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. **Na etykiecie znajduje się piktogram procedury ułatwiający identyfikację zestawu.** Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Poz. 4

Zestaw do operacji ortopedycznych – ARTROSKOPIA KOLANA, sterylne składający się:

1 szt. Serweta chirurgiczna 200cm x 320cm wzmocniona, z samouszczelniającym się otworem 6cm x 8cm, z organizatorami przewodów, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów

2 szt. Serwetka chłonna 30cm x 30cm

2 szt. Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna

1 szt. Osłona na kończynę 30cm x 60cm 2-warstwowa

1 szt. Osłona na przewody 14cm x 250cm

1 szt. Licznik igieł na 20 szt., z magnesem i pianką, z usuwaczem ostrzy

3 szt. Fartuch chirurgiczny Wzmocniony rozm. XL

1 szt. Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką

20 szt. Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG

1 szt. Wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 szt. Serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77 g/m²

Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasa IIa.

Całość zapakowana w torbę typu headerbag ze wstawką Tyvek wyposażoną w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. **Na etykiecie znajdują się piktogram procedury ułatwiający identyfikację zestawu.** Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Poz. 5

Zestaw do operacji ortopedycznych – ARTROSKOPIA BARKU, sterylne składający się:

1 szt. Serweta chirurgiczna ortopedyczna 263cm x 406cm 2-warstwowa, samouszczelniający się otwór 13cm x 14cm, torba do zbiórki płynów, organizery przewodów

1 szt. Osłona na kończynę 22cm x 75

2 szt. Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna

3 szt. Fartuch chirurgiczny Wzmocniony rozm. XL

1 szt. Osłona na przewody 14cm x 250cm

50 szt. Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG

2 szt. Wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 szt. Serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77 g/m²

Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasa IIa.

Całość zapakowana w torbę typu headerbag ze wstawką Tyvek wyposażoną w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data

ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. **Na etykiecie znajduje się piktogram procedury ułatwiający identyfikację zestawu.** Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Poz.6

Zestaw do operacji ortopedycznych – RĘKA/STOPA, sterylizowany składający się:

1 szt. Serweta chirurgiczna 200cm x 300cm, wzmocniona, z samouszczelniającym się otworem śr. 3,5cm i z organizerami przewodów

2 szt. Serwetka chłonna 30cm x 30cm

1 szt. Licznik igieł na 20 szt., z magnesem i pianką, z usuwaczem ostrzy

3 szt. Fartuch chirurgiczny Wzmocniony rozm. XL

1 szt. Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką

20 szt. Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm z nitką RTG

1 szt. Wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm. Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 szt. Serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77 g/m²

Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny min. klasa IIa.

Całość zapakowana w torbę typu headerbag ze wstawką Tyvek wyposażoną w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. **Na etykiecie znajduje się piktogram procedury ułatwiający identyfikację zestawu.** Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Poz 7

Serweta dwuwarstwowa samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² ± 2g/m². Przylepiec na dłuższym boku serwety. Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane tlenkiem etylenu/sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Poz. 8

Jednorazowy, jałowy, pełno barierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m² wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk z rozmiarówką widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Lamówka fartucha w kolorze białym lub kolorowa w zależności od rozmiaru. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30- 40 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >57.26 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej.. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Poz.9

Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 150cm x 180 - 200cm Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 45-62 g/m² ± 2g/m². Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane tlenkiem etylenu/sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Poz.10

Serweta dwuwarstwowa z otworem samoprzylepnym o wymiarach 100- 120cm x 150cm Wielkość otworu 9-12cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² ± 2g/m². Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane tlenkiem etylenu/sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Poz.11

Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 80-90cm x 120cm. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² ± 2g/m². Chłonność serwety: 600 %. Serwety posiadają I klasę palności. Sterylizowane radiacyjnie/sterylizowane tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy..

Zadanie 29

Poz. 1

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej w rozmiarach CH 10/12/14/16 dł. 56 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Rozmiary systemów kodowane kolorem. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka typu ON-OFF na wysokości portu do przepłukiwania, oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości, skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheotomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.

Poz. 2

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej w rozmiarach CH 10/12/14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz. Rozmiary systemów kodowane kolorem. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka typu ON-OFF na wysokości portu do przepłukiwania, oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości, skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheotomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.

Poz. 3

Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej w rozmiarach CH 10/12/14/16 długość 54 cm; oraz rurki tracheotomijnej CH 10/12/14/16 długość 34 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Rozmiary cewników kodowane kolorem. Zintegrowany / wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany i obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, blokada przycisku

aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. System wyposażony w zastawkę komory płuczącej w postaci klapki, samoistnie otwieranej podczas wprowadzania cewnika do rurki oraz zamykanej podczas jego usuwania; klapka oddzielająca cewnik od układu oddechowego pacjenta umieszczona na wysokości portu do przepłukiwania. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości, skalowanymi co 1 cm. W zestawie specjalny klin w kształcie „widelczyka” do bezproblemowego odłączania systemu zamkniętego od rurki. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Produkt bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP/BBP/DBP.

Poz.4

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH10/12/14/16, długość 59 cm; CH14/16 długość 65 cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 39 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania do **168 godz. (potwierdzona dokumentem od producenta)**. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zintegrowany/wbudowany port do bronchoskopii; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 4 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania; przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu; system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne, wolne od DEHP. Cewnik: stosowany do 168h, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheotomijnej. Opakowanie: folia-papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.

Poz. 6

Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki

logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści:

0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm rękojeść pediatryczna 1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm rękojeść pe 2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych 3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych 4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych 5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie.

Poz. 7

Rurka intubacyjna, zbrojona z mankietem niskociśnieniowym z prowadnicą w komplecie, znacznik głębokości w postaci czarnego okręgu, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie. Długość rurki skalowana co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm. Niebieski wskaźnik wypełnienia mankieta z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankieta. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Na prowadnicy oznaczona średnica oraz przekreślona cyfra „2” - oznaczająca produkt jednorazowy. Rozmiar: od 3,5 do 10,0 mm (rozmiary co pół). Produkt sterylny, pakowany folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki oraz średnica niewypełnionego mankieta.