

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
podinsp. Andrzej GORZYCKI  
ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie wag:

1. Waga AS160/X2, nr. fabryczny 566518 – zakres pomiaru max 160 g – min. 0,01 g, wzorcowanie w punktach 10 mg, 50 g, 160 g
2. Waga WPS 60/C, nr. fabryczny 62896/00 – zakres pomiaru max 60 g – min. 0,02 g, wzorcowanie w punktach 5 g, 20 g, 60 g
3. Waga WLC 06/A1/C/2, nr. fabryczny. 447388 – zakres pomiaru max 600 g – min. 0,5 g, wzorcowanie w punktach 1 g, 300 g, 600 g
4. Waga WLC 6/A2/C/2, nr. fabryczny 820081 – zakres pomiaru max 6000 g – min 5 g, wzorcowanie w punktach 5 g, 50 g, 6 kg
5. Waga Ohaus PR 4201M – zakres pomiaru max 4200 g – min 0,1 g, wzorcowanie w punktach 100 mg, 500 g, 4000 g
6. Waga WLC60/C2/R, nr. fabryczny 470542 – zakres pomiaru max 60 000 g – min 50 g, wzorcowanie w punktach 50 g, 1 kg, 60 kg
7. Waga AS220.X2, nr. fabryczny 528509 – zakres pomiaru max 220 g – min 0,01 g, wzorcowanie w punktach 10 mg 50 g, 200 g

Wzorcowanie wagi to bardzo istotna czynność, dzięki której można zagwarantować prawidłowość odczytów wskazań wagi. Wzorcowanie potwierdzone odpowiednim certyfikatem oraz przeprowadzone przez Laboratorium posiadające akredytację PCA.

TECHNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
POLAWSKA  
Ewelina POŁAWSKA

KIEROWNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
asp. Marek LEWINSKI